

30



UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:
KU.FR.001

Yayın Tarihi
HAZİRAN 2014

Revizyon No
01

Revizyon Tarihi
Aralık 2016

Sayfa No:
1/1

TALEP EDEN BÖLÜM

SIRA NO	1 BÜTÇE UYGULAMA KODU	2 MEDİN STOK KODU	3 TALEP EDİLEN MALZEME	4 MİKTAR	5 BİRİM	6 ANA DEPO STOK MİKTARI	7 BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	8 İSTEMİN SÜRESİ	9 DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	10 ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			Colder Gekvaf 10 (Adet) (On)							
2			(Çek valfler)							
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

Dijitaliz cihazlarının yığın bakımı kontrolması için gereklidir.

Z. ÇAY

31.07.18

Bölüm Sorumlusunun
İmza ve kaşesi

Ümit KURBAN
Laz: Ünitesi Sor. Hem.

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3, 4, 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12 DEPO GÖRÜŞÜ	13 TAŞINIR KODU/...../20.....
	150-13-05-09	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi

*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ	/...../20.....
BÜTÇE KODU		
ALIM ŞEKLİ	<p>İHALE</p> <p>...../...../.....</p> <p>Yukarıdaki talebin satın alınması hususunda onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü</p>	<p>...../...../.....</p> <p>UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi</p>
	DOĞRUDAN TEMİN	

COLDER ÇEKVALF ŞARTNAMESİ

- 1- Çekvalf vanalar komple plastik aksamli olmalı ve paslanmaz çelikten başka metal aksam içermemelidir.
- 2- Çekvalf vana 2 parçalı olmalı ve her iki ayrılan parçada da çekvalf olmalıdır.
- 3- Çekvalf vananın hortum bağlantıları 9mm olmalıdır.
- 4- Çekvalflerin içerisindeki yay vb. aksamlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Çekvalf vanalar Avrupa Farmakopesinde belirtilen diyaliz suyu özelliğini bozmayacak özellikte olmalıdır.
- 6- Çekvalf vanalar 10 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- 7- Mevcut PEX-A boru sistemine uygun olmalı ve Pex Te ile sisteme bağlantısı yapılmalıdır.
- 8- Çekvalf vanalar orijinal Avrupa veya Amerikan menşeli olmalıdır.
- 9- Yüklenici firmanın TSE12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi , ISO 9001 , ISO 14001 ve ISO 18001 belgesi olmalıdır.
- 10- Yüklenici firma çekvalflerin montajını da yaparak çalışır durumda teslim etmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Recep ŞAVIRAN
Dip. Tes. No: 57285
Diyaliz Sorumlu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat DEZİMLİ
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı

1543268330

SATINALMA TALEP FORMU

Sıra	Kod	Eşyanın Nevi	Özelliği	Miktar	Türü
1	150-13-05-09	ÇEK VALFLER	COLDER ÇEKVALF	10	ADET

Talep Edenin

Adı Soyadı : ÜMİT KÖKSAL

Ünvanı :

Yukarıda cinsi miktarı yazılı malzeme/malzemeler ambar stoklarında benzerleri dahil olmak üzere vardır/yoktur. Kod sıralarında gösterilmiş bulunan malzemelerin ekli şartnamelere göre satın alınması, satın alınan ürünlerin şartnamelerde belirtilen usullere göre Müdürlüğümüzün ilgili ambarlarına teslim edilmesi gerekir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

YAŞAR AKYILDIZ

