



UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:
KU.FR.001Yayın Tarihi
HAZİRAN 2014Revizyon No
01Revizyon Tarihi
Aralık 2016Sayfa No:
1/1

TALEP EDEN BÖLÜM

SIRA NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			1009110289 Künye Nolu Acil serviste kullandığımız							
2			EDANI Markalı SE-1201 model EKG Cihazı							
3			Printeri onarım. (1 Adet)							
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10			(Yedek parça, mal hizmet ve istinbat paraları dahil)							
11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ								17/12/2018		
EKG cihazı onarımından dolayı Acil Serviste sıkıntı yaşanmaması için								Bölüm Sorumlusunun İmza ve Kaşesi Şenol PEKER Elektrik - Elektronik Müh. EMO Sicil No: 22180		

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 , 5 , 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU/...../20.....
	Tıbbi cihaz bakım onarım giderleri		240-06-16-02-01	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi Mehmet ÖZELİK Taşınır Kayıt Yetkilisi

*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ		/...../20.....
BÜTÇE KODU	İHALE/...../...../...../.....
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ CİHAZ ARIZA BİLDİRİM FORMU

Doküman Kodu
MC.FR.001

Yayın Tarihi
Eylül 2018

Revizyon No
EA

Revizyon Tarihi
22.10.2018

Sayfa No
1 / 1

Arızayı Bildiren

Bölüm:

ACIL SERVİS

Dâhili Tel:

Sorumlusu:

SERBÜLEN T.

İmza:

Emre Rölme

Arıza Bildirim Tarih-Saat:

Arızalı Cihaz Bilgisi

Künye No: *

1009110289

Seri No:

311033

Marka:

EDAN

Model:

SE-1201

Cihaz Türü:

EKG

Kullanım Yeri:

Acil.

Arıza Açıklaması:

Yazdırılmıyor

Teknik Servis Faaliyetleri

Cihazı Teslim Alan:

Ali Kemal BAKAR

Tarih-Saat:

Arızaya Müdahale Eden:

Ad - Soyad - İmza:

Emre RÖLME
Uşak Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Cihazın Garanti / Bakım Sözleşmesi Durumu:

Evet

Hayır

Tarih-Saat:

Arızalı Cihaza Yapılan İşlem:

gerek.

Cihazın printer distisi kırık kenar distinin değişmesi

Sonuç:

Faal

HEK

Kurum Dışı Teknik Hizmet Alımı

Sonuç Açıklaması:

Distli temini ardından onarım yapılmıştır.

Not: Bu form gerekli işlemlerden sonra klinik mühendislik biriminde muhafaza edilecektir.

Senol PEKER
Elektrik - Elektronik Mür.
EMO Sicil No: 22180