



# UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:  
KU.FR.001

Yayın Tarihi  
HAZİRAN 2014

Revizyon No  
01

Revizyon Tarihi  
Aralık 2016

Sayfa No:  
1/1

### TALEP EDEN BÖLÜM

SIRA NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MIKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MIKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MIKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			1008268861 Kurye nolu PHILIPS marka HDMAX							
2			model Kardiyoloji Polikliniğinde kullanılan							
3			Ekokardiyograf cihazı							
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ								17/12/2018		
Cihaz çalışmadığından 1 poliklinikte hizmet verilememektedir.								Bölüm Sorumlusunun imza ve kaşesi		
								Şenol PEKER Elektrik - Elektronik Müh. EMO Sicil No: 22180		

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3, 4, 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	...../...../20.....
	Tıbbi cihaz bakım onarım giderleri.		740.06.16.02-01	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi
				Mehmet ÇELİK

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ		...../...../20.....
BÜTÇE KODU		
ALIM ŞEKLİ	İHALE ...../...../..... Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	...../...../..... UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi
	DOĞRUDAN TEMİN ...../...../.....	



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ CİHAZ ARIZA BİLDİRİM FORMU

Doküman Kodu MC.FR.001	Yayın Tarihi Eylül 2018	Revizyon No EA	Revizyon Tarihi 22.10.2018	Sayfa No 1 / 1
---------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

## Arızayı Bildiren

Bölüm:	KARDİYOLOJİ POL.	Dâhili Tel:	
Sorumlusu:	GÖNÜL AÇAR. Y	İmza:	

Arıza Bildirim Tarih-Saat:

## Arızalı Cihaz Bilgisi

Künye No: *	1005268861	Seri No:	U371077347
Marka:	PHILIPS	Model:	HD11XF
Cihaz Türü:	EKG KARDİYOGRAFI	Kullanım Yeri:	K. POL.

## Arıza Açıklaması:

Cihaz kendiliğinden kapanıyor.

## Teknik Servis Faaliyetleri

Cihazı Teslim Alan:		Tarih-Saat:	
Arızaya Müdahale Eden:		Cihazın Garanti / Bakım Sözleşmesi Durumu:	
Ad - Soyad - İmza:		Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input checked="" type="checkbox"/>
Tarih-Saat:			

## Arızalı Cihaza Yapılan İşlem:

Cihaz panel bakımını ve temizliği yapıldı problem devam etmemektedir.

Sonuç: Faal  HEK  Kurum Dışı Teknik Hizmet Alımı 

## Sonuç Açıklaması:

Uygun olan prosedürleri ardından servis hizmeti alınacaktır.

Not: Bu form gerekli işlemlerden sonra klinik mühendislik biriminde muhafaza edilecektir.

  
Şenol PEKER  
Elektrik - Elektronik Müh.  
EMO Sicil No: 22180