


T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TEKNİK ŞARTNAME

1. Malzemeler hastane binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır. Malzemeler sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı malzemeler olmalıdır.
2. Tekerler aşağıda etiketi bulunan morglardaki sedyelerde kullanıma uygun, orjinalboyutlarda olmalıdır.
3. Kullanımı uygun olmayan, ölçüleri ve yapısı(rulman-burç durumu) farklı ürünler kabul edilmeyecektir.
4. Hastanemizde kullanımı uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin değişimi istenebilecektir.
5. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin değişimi istenecek olup, firma malzeme değişimi yapmakla yükümlüdür.
6. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.
7. Malzemeler idarenin belirleyeceği yere firma tarafından (taşınması ve istifi dahil) teslim edilecektir.
8. Kargo, nakliye, v.s. firmaya ait olacaktır.



Ergun MIDİK

Teknisyeni

Mustafa ELİBOL

Makine Mühendisi