



UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:
KU.FR.001Yayın Tarihi
HAZİRAN 2014Revizyon No
01Revizyon Tarihi
Aralık 2016Sayfa No:
1/1

TALEP EDEN BÖLÜM

SIRA NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			Hamilton marka Galileo model Ventilator							
2			cihazı onarım (1 Adet)							
3			Kinye No: 1008252522							
4										
5										
6										
7										
8										
9			(Yedek parça, mal hizmet ve itiraf parça bir davis)							
10										
11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ								17/12/2018		
Ventilatör cihazı çalışmamaktadır.								Bölüm Sorumlusunun İmza ve kaşesi Şenol PEKER Elektrik - Elektronik Müh. EMO Sicil No: 22180		

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3, 4, 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU/...../20.....
	Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Giderleri		740-06-16-02-01	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi Mehmet ÇELİK Taşınır Kayıt Yetkilisi

*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ	/...../20.....	
BÜTÇE KODU			
ALIM ŞEKLİ	İHALE/...../.....	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi
	DOĞRUDAN TEMİN/...../.....		



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ CİHAZ ARIZA BİLDİRİM FORMU

Doküman Kodu
MC.FR.001

Yayın Tarihi
Eylül 2018

Revizyon No
EA

Revizyon Tarihi
22.10.2018

Sayfa No
1 / 1

Arızayı Bildiren

Bölüm:	Y. BAKIMLILAR	Dâhili Tel:	3237
Sorumlusu:	B. YENER	İmza:	

DİĞER YENER
H. 19754
Hüsnü Bakım Sorumlusu / Hemşiresi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Arıza Bildirim Tarih-Saat:

Arızalı Cihaz Bilgisi

Künye No: *	1008252522	Seri No:	-
Marka:	HAMILTON	Model:	GAILEO
Cihaz Türü:	VENTİLATÖR	Kullanım Yeri:	Y. Bakım

Arıza Açıklaması: Cihaz Açılmıyor

Teknik Servis Faaliyetleri

Cihazı Teslim Alan:	E.B	Tarih-Saat:	
Arızaya Müdahale Eden: Ad - Soyad - İmza:	Emre BÖLME Uşak Devlet Hastanesi Biyomedikal Teknikeri	Cihazın Garanti / Bakım Sözleşmesi Durumu:	Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
Tarih-Saat:			

Arızalı Cihaza Yapılan İşlem: Cihaz biyomedikal birimini sortlarında enorm
mümkün değildir. Muhtemel orjinal onkört veya ekler.

Sonuç: Faal HEK Kurum Dışı Teknik Hizmet Alımı

Sonuç Açıklaması: Uygun olma prosedürleri ardından enorm yapılmıştır.

Not: Bu form gerekli işlemlerden sonra klinik mühendislik biriminde muhafaza edilecektir.

Şenol PEKER
Elektrik - Elektronik Müh.
EMO Sicil No: 22180