

T.C
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI:45786011/934/
KONU:TEKLİF

1182

05./10/2018

Hastanemiz Beyin Cerrahi Servisinde yatmakta olan 72352021170 TC KİMLİK NUMARALI EMİNE TOY için 2 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı 05./10/2018 günü saat:15:00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki:.....Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müd.

Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını, Ayrıca Ürünü Satmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır. Teklif edilen ürünlerin, MEDULA sisteminde tıbbi malzeme alan tanımı (SUT KODU) bazında eşleştirme işlemi tamamlanmış olmalıdır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	SUT KODU	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	SERVİKAL PROTEZ	103.010	1	ADET			
2	SERVİKAL BIÇAKLI KAFES	102.720	1	ADET			
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudantemin64@gmail.com

H-Adı → Emine Toy
T.C. → 72352021170

SERVİKAL KOMBİNE SET TEKNİK ÖZELLİKLER

- Servikal kombine set içerisinde disk protezi, expandable peek cage, peek cage ve bıçaklı peek cageler tek konteynır içerisinde el aletleri ve implantlar olacaktır. Dışarıdan herhangi bir el aleti veya implant getirilmeyecektir.
- Cagelerin ve disk protezlerinin alt-üst yüzey parçalarında geri çıkmasını engelleyen dış yapısı olmalıdır.
- Vertebral body'lere oturan yüzü tutunmayı artırmak için çıkıntılı (dişli) olmalıdır.
- Sistem ikinci bir aparata (tutucu) gerek duyulmaksızın tek parça olarak uygulanılabilmelidir.
- Disk protezleri metal on metal hareketli tek parça olmalıdır.
- Disk protezleri fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyonel yönündeki tüm hareketlere izin vermelidir.
- Anterior disk mesafesi implantlarından disk protezi in-vivo uygulamalar için vücut uyumlu hiçbir artifact yaratmayan MR uyumlu titanyum ve peek karbon, cageler peek materyalden yapılmış olmalıdır.
- Sistemin içerisinde olması gerekli implantların boy ve yükseklik alternatifleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

METAL ON METAL DİSK PROTEZİ (mm)	EXPANDABLE PEEK CAGE (mm)	SERVİKAL PEEK CAGE (mm)	BIÇAKLI PEEK CAGE (mm)
12X4 – 14X4 – 16X4	13X5	12X4 – 14X4	13X4
12X5 – 14X5 – 16X5	13X6	12X5 – 14X5	13X5
12X6 – 14X6 – 16X6	13X7	12X6 – 14X6	13X6
12X7 – 14X7 – 16X7	13X8	12X7 – 14X7	13X7
12X8 – 14X8 – 16X8		12X8 – 14X8	13X8
12X9 – 14X9 – 16X9			

- Boyutları ve ebatları disk yüksekliğini koruyacak ve restore edecek şekilde çeşitli ölçülere sahip olmalıdır.
- Protezin üst yüzeyinde geri çıkmayı engelleyen 3 adet dış yapısı olmalıdır
- Anatomik yapıya ve Smith Robinson yaklaşım tekniğine uygun olmalıdır.
- Set içerisinde genişlik ve yükseklik tespiti için değişik ebatlarda deneme implantları bulunmalıdır.
- Ürün üzerinde, ürünün ebat ve boyutlarını belirten lazer işaret bulunmalıdır.
- Firma ürünlerle birlikte servikal cerrahi el aletleri getirecektir. Cerrahi el aletleri; 2 adet el ekartörü, 3 adet servikal küret, 1 mm ve 2 mm ölçülerinde birer adet kerason, 1 adet sprider, 1 adet otomatik servikal ekartör (kaşıkların uzunlukları 5'er mm aralıklarla büyüyerek 30 – 55 mm arasında 4' er kaşık olmalıdır)
- Firma demo esnasında son 5 yıl içerisinde 3 ülkeden alınmış referans yazısını sunacaklardır.
- Ürünlerin CE ve ISO 13485 belgesi olmalıdır.

1	SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZİ, KOMPLE	103.010
2	SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, STANDART	102.700
3	SERVİKAL İNTERBODY KAFES DİSTRACKTABLE/EXPANDABLE PEEK	102.701
4	SERVİKAL İNTERBODY KAFES TİTANYUM BIÇAKLI PEEK	102.720

UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. Uzm. Dr. Celal Özbek AKIR
Dip. Tescil No: 100100
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzm.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. Uzm. Dr. Yavuz Selim AYDIN
Dip. Tescil No: 100107 - 108810
Beyin Cerrahi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. Op. Dr. Ufuk KUŞCUOĞLU
Dip. Tescil No: 97045
Beyin Cerrahi Uzmanı