



T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 45786011-949
Konu : Teklif hak.

MUHTELİF FİRMALARA

4737 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında Hastanemizin Göz Polikliniğinin ihtiyacı olan **1 kalem Chart Projektör Alımı** en düşük teklif veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz **EN DÜŞÜK KDV HARIÇ** birim fiyatlarınızı **01.10.2018** günü saat **16.00**'a kadar hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

e-imzalıdır.
Levent Bardak
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	A			B	
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Chart Projektör	Adet	2		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek : 1 Sayfa Teknik Şartname

UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İHALE-DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ
TLF:02762240000-4333-4362-4338
FAX:0276 2238475-2247313

Bu Belge Elektronik
İmzalı Aşılı ile Aymdır.
Taner GÜN
Destek ve Kalite Müd. Yrd.
apre

Fevzi Çakmak Mahallesi Denizli Caddesi No:4 64100 Merkez, UŞAK
Faks No:(90) 276 2238475
e-Posta:ayse.aydinli@saglik.gov.tr İnt.Adresi: .

Bilgi için:Ayşe AYDINLI
Unvan:TİBBİ SEKRETER

Telefon No:(90) 276 2240000

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b0c0102a-9e20-4ecf-a628-7c0c6bd22b8a kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

PROJEKSİYON EŞELİ ŞARTNAMESİ:

1. Uzaktan kumandalı ve programlanabilir olan projeksiyon eşelinde göz muayenesi için gerekli olan her türlü eşel bulunmalıdır.
2. Sistem içerisinde 33 veya 30 adet standart eşel bulunmalıdır.
3. Bir adet açma, yatay, dikey ve 20 adet tek mask bulunmalıdır.
4. Kablosuz uzaktan kumandanın yardımıyla işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanmalıdır. Aynı zamanda cihazın program özelliği kullanılarak daha sağlıklı ölçümler yapılabilirdir.
5. Cihazın istenilen şekilde düzenlenebilen 3 veya 2 adet programı bulunmalıdır.
6. Yarı geçirgen imleç sayesinde, plakalardaki tüm işaretleri satır satır, sütun sütun ve harf harf göstermelidir.
7. Parlak ve yüksek çözünürlüklü mercekler, perdede net bir görüntü oluşturmalı böylelikle işlemlerin hassas olması sağlanmalıdır.
8. Projeksiyon eşelinin aydınlatması 3W LED lamba ile yapılmalı veya 12V 50W halojen lamba ile yapılmalıdır. Halojen aydınlatmalı cihazların yanında 15 adet yedek lamba verilmelidir.
9. Plaka dönme hızı 0,03 saniye olmalıdır.
10. Projeksiyon büyütmesi 5 metrede 30X olmalıdır.
11. Projeksiyon mesafesi 3-6 m olmalıdır.
12. Cihaz kullanılmadığı 5 ile 15 dakika arasında otomatik olarak kapanmalıdır.
13. Cihazda yeşil ve kırmızı filtreleri bulunmalıdır.
14. Cihaz , aynı marka foroptere bağlanabilmeli ve foropterin kumanda paneli ile chart projector kumanda edilebilmelidir.
15. Cihaz ileride opsiyonel olarak alınabilecek kendi markasından otorefraktometre, otorefkeratometre, otorefrakato-tonometre-pakimetre cihazları bulunmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST
Op.Dr. Oğuzhan SALIŞ
Dip.Tes.No: 138355 - 11945
Göz Hastalıkları Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST
Op.Dr. Suzan KARUYA
Dip.Tes.No: 87782
Göz Hastalıkları Uzmanı