

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

1308 / 155 924 20 99

TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKET
1			Doktor El Yıkama Ünitesi(Tekli)	1	Adet					

Hastanemiz endoskopi ünitesinde açılacak olan ikinci endoskopi odası için gerekli

1.2.2018

Bölüm Sorumlusunun  
imza ve kaşesi

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 , 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU
	Stoklarımızda mevcut Değildir	255-01-05	

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ	
	...../..../2018

BÜTÇE KODU	İHALE		UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	<p>...../..../2018</p> <p>Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi Levent BARDAK İdari ve Mali İşler Müdürü</p>	<p>05.../10.../2018</p> <p>Dr.Öğr.Üyesi, Etkan ARSLAN Başhekim</p>

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**  
**DR EL YIKAMA ÜNİTİ TEKNİK ŞARTNAME**

1. Malzemeler hastane binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır.
2. Ünit komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Su ve sabun akış sistemi diz kontrollü olmalıdır.
4. Ebatlar min en70cm X derinlik55cm X yükseklik120cm olmalıdır.
5. Zemine göre ayarlanabilir ayakları olmalıdır.
6. Ürün batarya, sabunluk ile beraber hazır halde gönderilecektir.
7. Yüklenici firma TSE tarafından verilmiş hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
8. Hastanemizde kullanımı uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin değişimi istenebilecektir.
9. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin değişimi istenecek olup, firma malzeme değişimi yapmakla yükümlüdür.
10. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.
11. Malzemeler idarenin belirleyeceği yere firma tarafından (taşınması ve istifi dahil) teslim edilecektir.
12. Kargo, nakliye, v.s. firmaya ait olacaktır.

Ergun MIDIK  
Teknisyen



Mustafa ELİBOL  
Makine Mühendisi

