

TC  
UŞAK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 4578601/934/ 1163  
KONU : TEKLİF

02/10/2018

Hastanemiz Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi ihtiyacı 1 klm mız temini işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 08./10./2018 günü mesai bitimine kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

EK: 1 Adet Şarname

Levent BARDAK  
İdari ve Mali İşl. Müdürü

TEL: 276.224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276.223 84 75

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	SOĞUK BUHAR CİHAZI	1	ADET		
				TOPLAM	

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.  
Mail Adresimiz: udhdogrudantemin64@gmail.com

# ULTRASONİK NEBULAZATÖR CİHAZI

## TEKNİK ŞARTNAMASI

- Cihaz LCD ekran ve mikroişlemci kontrollü olmalıdır.
- Cihaz ısıtıcı sistemi elektronik ayarlanabilir, otomatik kontrollü olmalıdır.
- Cihazda buhar ayarı 10 kademe, hava ayarı 10 kademe, sıcaklık ayarı 10 kademe dijital olmalı ve 120 dakikalık timer olmalıdır.
- Cihazda kullanılan su haznesi, şeffaf polikarbonat mamül olup,650 ml olmalıdır.
- Hazne kapağı üzerinde kanül sistemi içermeli, hem normal uygulamalarda hem de ilaç uygulamalarında aynı kapak kullanılmalıdır.
- Haznede su azaldığında veya tam takılmadığında ışıklı, görüntülü ve sesli ikaz bulunmalıdır.
- Cihazda ki su haznesi tek elle sökölüp takılabilmeli, kristsali kullanıcı tarafından da teknik servis gerek olmadan değıştirebilmelidir.
- Cihazda hasta solunumuna maruz kalan parçalar otoklavlanabilmelidir.
- Cihazda bir litre kapasiteli vida kapaklı şişe, özel cam infüzyon şişesi ile birlikte 2\*si kilitlenebilen 5 tekerlekli, hareketli bir stand üzerine monte edilmiş ve aerosol hortumunu her yöne çevrilebilen, sabitlenebilen flexible bir destek üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
- Cihazda hem bakteri hem de hava filtresi olmalıdır.
- Cihaz 230 Volt/50Hz (+/-10 toleranslı) şehir ceryanı ile çalışmalıdır.
- Cihaz 2,4 MHz vibrasyon frekansına sahip olmalıdır.
- Cihaz 0.8-6 mikron partikülüzasyon yapabilme özelliği olmalıdır. Gücü 70 wattan fazla olmamalıdır.
- Cihazda ilaç uygulamaları için ilaç kabı ve oksijen adaptörü de bulunmalıdır.
- Cihaz plastik ABS kasa gövdesine sahip olmalıdır.
- Cihaz CE belgeli olmalıdır.
- Cihaz imalat hatalarına karşı 2 (İKİ) yıl, yedek parça temini ve teknik servis garantisi ücreti mukabilinde 10 (ON)yıl süre ile garantili olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HA.  
Uzm.Dr. Geni Şahin GÜLE  
Dip.Yes.No: 103887  
Respirasyon ve Reanimasyon Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.  
Uzm.Dr. Orhan DAL  
Dip. Yes. No: 119215  
Respirasyon ve Reanimasyon Uzmanı