

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/ 1231
KONU : TEKLİF

12./10/2018

Hastanemiz KVC Servisinde yatan 28958467706 T.C. Kimlik Numaralı SUZAN KOZAK için 1 kalem Tıbbi malzeme alımı işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 15./10/2018 günü saat 09./00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Not: Ürünlerin üts veya titubb kaydı olmalıdır. Firmanın üts veya titubb bayilik kaydı olmalıdır.

EKLER: 1 Sayfa teknik şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

e-mail:udhdogrudentimin64@gmail.com-
usakeah.dtemin@saglik.gov.tr

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	MİTRAL MEKANİK KALP KAPAĞI	1	ADET	KV 1000		TL	TL
						TOPLAM	TL

TEKLİF VEREN FİRMA


İSİM-İMZA

Mekanik Kalp Kapağı Aort ve Mitral Teknik Şartnamesi

Kv 1000

1. Kalp kapağı mekanik bileaflet yapıda düşük profilli olmalıdır.
2. Kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde 360° dönebilmelidir.
3. Kalp kapağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmış olmalıdır.
4. Yaprakların tutunduğu ekseninde trombüs oluşumuna ve türbülansa sebep verecek kavite olmamalıdır.
5. Kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak olmalıdır, sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmelidir.
6. Kalp kapağının dikiş halkası kolay dikilebilmesi ve en fazla esnekliği sağlayabilmesi için çift katlı kadifemsi polyesterden yapılmış olmalıdır, üzeri herhangi başka bir malzeme ile kaplı olmamalıdır.
7. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş işaretleri olmalıdır.
8. Kalp kapağının kolayca döndürülmesi için, kapağın kendi kutusu içerisinde, kapak üzerinde kapak tutucu ve yumuşak yapıda bir döndürücü bulunmalıdır.
9. Kalp kapağının her ölçüsü içinde şekillendirilebilir ölçme seti bulunmalıdır.
10. Kalp kapağı aort için 19, 21, 23, 25, 27 mm ve mitral için 25, 27, 29, 31, 33 mm ölçülerine sahip olmalıdır.
11. Kalp kapağının yaprakları en fazla 85°'ye kadar açılabilmelidir.
12. Kalp kapağının yaprakları tam kapalı ve tam açık pozisyon arasında en az 60° seyir açısına sahip olmalıdır.
13. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır.
14. İstekliler, ürünlerin TC ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası (TİTUBB)'dan onaylandığını belirtir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.


UŞAK ÜNİ. EĞT. ARŞ. HAST.
Doç. Dr. Şahin BÖZÖK
Dip. Tes. No: 100792 / 68347
Kalp Damar Cerrahi A. B. D


UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Aydın KOÇ
Dip Tescil No: 55413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı