

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI :45786011/934/1178
KONU:TEKLİF

04/10/2018

Hastanemiz Kalp ve Damar Cer. Servisinde yatmakta olan 15701397564 TC KİMLİK NUMARALI ALİ KAPLAN için 1 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı ...04/10/2018 günü saat:15:00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki:.....Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müd.

Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını, Ayrıca Ürünü Satmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını, bayilik kaydı ve SUT Kodlarını,ubb numaralarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır. Teklif edilen ürünlerin, MEDULA sisteminde tıbbi malzeme alan tanımı (SUT KODU) bazında eşleştirme işlemi tanımlanmış olmalıdır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	SUT KODU	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	STERNUM PLAK	KV4008	4	ADET			
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudantemin64@gmail.com

STERNAL PLAK FIXATION SISTEM TEKNİK

KV 4008

- 1) TITANYUMDAN URETILMIŞ OLMALIDIR.
- 2) PLAK EN AZ 3MM KALINLIĞINDAN URETILMIŞ OLMALIDIR.
- 3) PLAK UCUNDA BUKEY KISIM EN AZ 11 MM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 4) PLAK HAFIF VE DOKUYA ZARAR VERMEYECEK YAPIDA OLMALIDIR.
- 5) HER STERNAL PLAK İKİ PARÇADAN OLUP BİRLEŞTİRİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 6) PLAKLARIN İKİK AYRI PARÇASINI BİRBİRİNİR SABİTLEYEN KİLİT SİSTEMİ OLMALIDIR.
- 7) KİLİT SİSTEMİ 5 MM ARALIĞINDA VE BİRLEŞMENİN İLK ANINDA KİLİTLENEBİLMELİ.
- 8) PLAKLAR 20MM/ 25MM/ 30MM/ 35MM/ 40MM/ 45MM/ 50MM/ BOYLARINDA OLMALIDIR.
- 9) KİLİT SİSTEMİ AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR.
- 10) PLAK ÜZERİNDE VE PAKETLERİNDE BOYLARI BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.
- 11) TESLİM EDİLECEK PLAKLARLA BERABER OLÇUM CETVELİ, KİLİTLEYİCİ YAKINLAŞTICI İLE BERABER ALET SETİYLE KULLANIMA SUNULMALIDIR.
- 12) PLAK UÇLARI STERNUMU TAM ANLAMıyla KAVRAYACAK ŞEKİLDE BUKEY OLMALIDIR.
- 13) REOPERASYONLARDA TEKRAR KULLANILABİLİR OLMALIDIR.
- 14) STERİL OLMALI VE TEKRAR STERİL EDİLEBİLİR OLMALIDIR.
- 15) CE BELGESİ OLMALIDIR.
- 16) ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TITUBB) KAYITLI VE SAĞLIK BAKANLIĞI MEDULA SİSTEMİNDE ONAYLI OLMALIDIR.

USAK ÜNİVERSİTESİ
Doc. Dr. Şahin BÖZÜK
Dip. Teş. No: 100792 / 88947
Kalp Damar Cerrahi A.B.D.

Op. Dr. Deniz TUNÇER
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
5736
Uşak Devlet Hastanesi