

T.C
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI :46786011/934/
KONU:TEKLİF

04./09/2018

Hastanemiz Beyin Cerrahisi Servisinde yatmakta olan 33194432302 T.C. KİMLİK NUMARALI GÜLER AKKAYA için 3 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Alımı yapılacak malzemeler set halinde olduğundan, bir bütün olarak değerlendirilecektir. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 04.09.2018 günü saat 14.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Ekim Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşl. Müd.

Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Eliket Adlarını varsa Emekli Sandığı Barkod Numarasını Ayrıca Ürünü Salmaya Yelikli Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	VERTEBROPLASTİ PERKÜTAN POSTERİOR,VERTEBROPLASTİ KİTİ,STERİL,PLASTİK	2	ADET	102286			
2	VERTEBROPLASTİ PERKÜTAN POSTERİOR,VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ,METAL PLASTİK	2	ADET	102290			
3	VERTEBROPLASTİ PERKÜTAN POSTERİOR,VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU PMMA	2	ADET	102295			
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FIRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

Hasta adı: Göler Akkaya
TC → 33194432302

GÜLER AKKAYA

03.09.2018 09:03:07

Baba Adı: İBRAHİM
T.C Kimlik No: 33194432302

285

A1089754

Doğ. Tarihi: 06.12.1982

H.KABUL NO: 26209

Doğ. Yeri: ULUBEY

SSK

Anne Adı: PERİHAN

Yatış Tar. 02.09.2018 22:49:46

BEYİN CERRAHI SERVİSİ
CELAL ÖZBEK ÇAKIR

VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik girişim seti çift paket içerisinde E.O. gazıyla steril edilmiş iki parça malzemeden oluşmalıdır.
2. Setin kemiğe giriş yapacak olan ucu 75 derecelik açığa sahip olup kemiğe girişi kolaylaştırmak için sivri ve keskin olmalıdır. İki parça birbirine kitlemeli sisteme sahip olmalıdır.
3. Setin içindeki ikinci parça çıkartıldığında içinden guide wire geçebilecek ölçülere sahip olmalıdır.
4. Setin tamamı MR uyumlu vaka esnasında skopi altında gözükebilir olmalıdır.
5. Kemik girişim seti ile vertebroplasti kiti birbirine uyumlu olmalıdır.
6. Sement gönderici tabanca şeklinde olmalıdır.
7. 20cc hacimli tüpe sahip olmalıdır.
8. Tabanca ile girişim iğnesi arasındaki bağlantı kablosu olmalıdır.
9. Cementin geri tepmesini engellemek için tabanca özel kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
10. Çimento özel olarak interventional ağrının giderilmesi için vertebroplasti ve kifoplasti tekniğinde uygulanabilir özellikte olmalıdır.
11. Çimento tozu ve sıvısı aynı paket içinde steril olarak sunulmalıdır.
12. Çimento radyopak olmalıdır.
13. Çimento, radyopak özelliğini arttırması açısından baryumsülfat katkısı içermelidir.
14. Çimento prematüre polimerasyonu önlemek için hidrokini içermelidir.
15. Çimento ; bitmiş terapötik bileşiğin soğuk kürlenmesini desteklemek için N-dimetil para toluidin içermelidir.
16. Çimento, 13,4gr PMMA, 9,3gr baryum sülfat ve 0,5gr. Benzoilperoksit içermelidir.
17. Çimento karıştırıldıktan sonra hemen hamur kıvamına gelmelidir.
18. Çimento karıştırıldıktan sonra 18 dakika uygulama süresine sahip olmalıdır.
19. Çimento , kapalı vakumlu karıştırma sistemi ile karıştırılıp, yine aynı sistem ile kemiğe yollanmalıdır.

UŞAK EĞT. VE ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Celal Özbek ÇAKIR
Dip. Tescil No: 100100
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzm.

UŞAK EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Yavuz Selim AYDIN
Dip. Tescil No: 104537
Beyin Cerrahi Uzmanı

UŞAK EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Yavuz Selim AYDIN
Dip. Tescil No: 104537
Beyin Cerrahi Uzmanı

20. UBB kaydı olmalıdır.

21. Kemik girişim seti CE belgesi bulunmalıdır. Ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.

102.285	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KİTİ, STERİL, PLASTİK
102.290	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ, METAL-PLASTİK
102.295	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU, PMMA


UŞAK EĞT. VE ARAŞ. HAST.
Uzm. Dr. Celal Özbek ÇAKIR
Dip. Tescil No: 100100
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzm.


UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARAŞ. HAST.
Op. Dr. Yılmaz Selim AYDIN
Dip. Tescil No: 97045
Beyin Cerrahi Uzmanı


UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARAŞ. HAST.
Op. Dr. Yılmaz Selim AYDIN
Dip. Tescil No: 100100 - 100810
Beyin Cerrahi Uzmanı