

Hastanemiz Ortopedi Servisinde yatmakta olan 99917301324 T.C. KİMLİK NUMARALI ABDUL NASER ALMAS için 3 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 25/09/2018 günü saat:12:00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki:.....1.....Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK  
İdari ve Mali İşler MÜD.

Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını varsa Emeklî Sandığı Barkod Numarasını Ayrıca Ürünü Salmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	TİBİA ÇİVİ	1	ADET	TV5240			TL
2	KİLİTLEME VİDASI	6	ADET	TV5500			TL
3	END CUP	1	ADET	TV5380			TL
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız [udh.gov.tr](http://udh.gov.tr) internet adresinden görülebilir.  
Mail Adresimiz: [udhdogrudentemin64@gmail.com](mailto:udhdogrudentemin64@gmail.com)

Abdul Nazeer Almasri

## AYAK BİLEĞİ ARTRODEZ ÇİVİLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çivi, end cap ve vidalar titanyum alaşımlı olmalıdır.
2. Çivi, end cap ve vidalar bir set halinde sunulmalıdır.
3. Çiviler kanüle olmalı ve ortasından izci teli geçmesine yarayan kanal bulunmalıdır.
4. Çiviler 210 mm boyunda ve bu boyu kapsayan distal kısım 12 mm proksimal kısım 10 mm çapında olmalıdır.
5. Çivilerin distalinde 3 proksimalinde 3 adet kilitleme deliği bulunmalıdır.
6. Çiviler hem sağ hem sol kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Çivinin distal ve proksimal vida tespitlerini skopi kullanımını azaltmak adına kullanılabilecek bütün kilitlemelerin sistem üzerinden yapılabileceği guide sistemi olmalıdır.
8. Sistemle birlikte kullanılacak vidalar titanyum alaşımlı olmalı, 25 mm ile 110 mm aralığında 5 mm artan değişik boy seçeneklerine sahip olmalıdır.
9. Sistemle birlikte revizyon vidalarında verilmelidir.

TIBIA ÇİVİ TV5240  
DISTAL KİLİTLEME VİDASI TV5500  
END CUP TV5380

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTA  
OP.DR. YILMAZ KAYA  
T.C. Kimlik No: 146575  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTA  
OP.DR. EMELİ  
T.C. Kimlik No: 146575  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTA  
OP.DR. DAVUT MUTAFOĞLU  
T.C. Kimlik No: 42758  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.