

SAYI:45786011/934/1109  
KONU:TEKLİF

25/09/2018

Hastanemiz Ortopedi Servisinde yatmakta olan 39169602152 T.C. KİMLİK NUMARALI CELALETTİN ÇAPKAN için 5 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı 25/09/2018 günü saat:12:00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki:.....Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK  
İdari ve Mali İşler Müd.

Firmalar Teklif Etiketleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını varsa Emeklî Sandığı Barkod Numarasını Ayrıca Ürünü Salmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	PROKSİMAL HUMERUS PLAĞI	1	ADET	TV2010			TL
2	3,5 MM KORTİKAL VİDALAR	5	ADET	TV1030			TL
3	2,7 MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR	5	ADET	TV1150			TL
4	3,5 MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR	10	ADET	TV1170			TL
5	4,00 MM KANSELLOZ VİDALAR	5	ADET	TV1130			TL
<b>TOPLAM</b>							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr İnternet adresinden görülebilir.  
Mail Adresimiz: udhdogrudantemin64@gmail.com

## ANATOMİK HUMERUS ÜST UÇ KİLİTLİ PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün humerus üst uç parçalı kırıklarının tedavisinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Plağın baş kırıkları için kısa tipi ile birlikte farklı seviyelerde oluşan kırıklar içinde iki uzun boyu daha olmalıdır.
3. Plağın üzerinde kompresyon ve kilitli normal delikleri olmalıdır.
4. Plağın anatomik uyumluluğu tam olmalı ve baş bölgesine 9 vidayı kilitli ve konverjen/diverjen yapı ile gönderebilmesi mümkün olmalıdır.
5. Baş bölgesinde en az 10 adet K-Teli delikleri olmalı ve buradan geçici tespit veya sütur tespiti sağlanabilmelidir.
6. Plaklarla birlikte, 2.7mm ve 3.5mm kilitli ve kilitsiz self tapping kortikal vidalar ile 4.0mm kilitsiz spongioz vidalar kullanılmalıdır. Bu vidalar da kilitli vidalar 50mm kilitsiz vidalar ise 65mm uzunluğa kadar seçenek sunulmalıdır.
7. Plağın özellikle yumuşak doku stoğunun az olduğu bölgelerde, profilinin bölgeye göre ayarlanmış olması gerekir.
8. Plaklar ve vidaların tamamı, yüksek dayanımlı titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
9. Ayrıca yalnızca diafiz kırıklarında kullanım için kilitli düz plakları da olmalıdır.

TV2010	3.5MM PROKSİMAL HUMERUS PLAĞI
TV1030	3.5MM KORTİKAL VİDALAR
TV1150	2.7MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR
TV1170	3.5MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR
TV1130	4.0MM KANSELLOZ VİDALAR

Op Dr. Gökhan ŞENYER  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dr. Gökhan ŞENYER  
JFAK Uzmanı  
EGT. HAST

Dr. Bayram ERÇİN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Tic. Sic. No: 177120  
A.Ş. 72

Op Dr. Gökhan ŞENYER  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dr. Gökhan ŞENYER  
JFAK Uzmanı  
EGT. HAST