

TC  
UŞAK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 4578601/934/ 1084  
KONU : TEKLİF

19/09/2018

Hastanemiz Biyomedikal Ünitesi İhtiyacı 10 Kl.m.Mlz.Temini İşi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 24.../09/2018 günü mesai bitimine kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

EK: 10.. Adet Şartname

Levent BARDAK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEL: 276.224 00 00 - 4333 DAHLİ FAKS: 276.223 84 75

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/Ş	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	2 TB HARDDİSK	2	ADET		
2	YAĞSIZ DEVRE TEMİZLEYİCİ	10	ADET		
3	HIZLI YAPIŞTIRICI	10	ADET		
4	SIVI CONTA	2	ADET		
5	ÇOK AMAÇLI PAS SÖKÜCÜ	5	ADET		
6	PLASTİK İZOLE ELEKTRİK BANDI	20	ADET		
7	ŞEFFAF KOLİ BANDI	10	ADET		
8	DARALAN MAKARON 2,5 mm	4	METRE		
9	DARALAN MAKARON 5 mm	4	METRE		
10	DARALAN MAKARON 10 mm	4	METRE		

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.  
Mail Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

# **YAĞSIZ DEVRE TEMZİLEYİCİ**

## **TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kontak temizleyici, elektrik bağlantılarında kalıcı bir iletkenlik sağlamaya yönelik kaliteli bir temizlik sağlamalıdır.
2. Kir ve oksitleri temizleyebilmelidir.
3. Nem tutmaz özellikte olmalıdır.
4. İletken olmamalı ve güçlü püskürtme sistemine sahip olmalıdır.
5. Elektronik kartlardan kablo soketlerine kadar güvenli şekilde leke bırakmadan temizlik sağlamalıdır.
6. Bir kutu en az 400ml olmalıdır.

**Alican BACAĞ**  
Biyomedikal Teknikeri

**Emre BÖLME**  
Uşak Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

✓

**HARİCİ USB HARDDİSK**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) 2 tb depolama alanı olmalıdır
- 2) Usb 3.0 hızında çalışabilmelidir.
- 3) Windows işletim sisteminde sorunsuz çalışabilmelidir.
- 4) Ürün kutusunda sıfır ambalajında ve garanti belgesi onaylanmış olmalıdır.
- 5) Mal kabulü biyomedikal birimi kontrolü ardından yapılacaktır.

**Alican BACAĞ**  
Biyomedikal Teknikeri

**Emre BÖLME**  
Uşak Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

✓

**HIZLI YAPIŖTIRICI**  
**TEKNİK ŖARTNAMESİ**

- 1) YapıŖtırıcı çift komponentli olmalıdır.
- 2) Aktivatör yapıŖtırıcının yüzey tarafından emilmesini engellemek amacı ile ve yapıŖtırma işlemini hızlandırmak amacı ile kullanılmalıdır.
- 3) Sertleşme süresi 5-10 sn olmalıdır.
- 4) -50C den 80 dereceye kullanılabilmelidir.

**Alican BAÇAK**  
Biyomedikal Teknikeri

**Emre BÖLME**  
Uşak Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

ÇOK AMAÇLI PAS SÖKÜCÜ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesinde, yüzeyleri nemli koşullar altında bile tamamen kaplayıp temizlemelidir.
2. Püskürtülerek, fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturmaktadır.
3. Nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırmalı, elektrik kontağının söz konusu olduğu durumlarda rahatça kullanılabilir.
4. Metal yüzeylere tamamen yayılarak mikroskopik gözenekleri dahi kaplamalıdır.
5. WD-40 pas sökücü ve temizleyici yada eşdeğer bir malzeme olmalıdır.

Alican BACAĞ  
Biyomedikal Teknikeri

Emre BÖLME  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞT. VE ARAŞT. HAST.

ŞEFFAF KOLİ BANDI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Standart kalitede, hafif ve orta ağırlıkta koli kapatma bandı olmalıdır.
2. Holmet yapışkan olmalıdır.
3. Rulo şeklinde kolay açılabilir olmalıdır.

Alican BACAĞ  
Biyomedikal Teknikeri

Emre BÖLME  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞT. ve ARŞ. HAST.

SIVI CONTA  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek bileşikli silikon bazlı, yüksek ısıya dayanıklı, sürekli elastik kalabilen kırmızı renkli olmalıdır.
2. Her türlü yalıtım ve contalama işlerinde, motorlu araç sanayisinde, tamirat ve bakım işlerinde, makine tesisat ve kazanlarda, boru ve su tesisatlarında, bijon ve cıvatalarda, elektrikli ve elektronik aletlerde başarı ile kullanılabilir.

Alican BACAĞ  
Biyomedikal Teknikeri

Emre BÖLME  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞT. ve ARAŞT. HAST.

PLASTİK İZOLE ELEKTRİK BANDI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalınlık: 0.15MM olmalıdır.
2. En: 18mm olmalıdır.
3. Boy: 6yds olmalıdır.
4. Renk: SİYAH olmalıdır.

Emre BÖLME  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞT.ve ARŞ.HAST.

Alican BACAĞ  
Biyomedikal Teknikeri



DARALAN MAKARON  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme: Polyolefin, Halogen free olmalıdır
2. Düşük Duman Seviyesi olmalıdır.
3. Yanma sınıfı: Flame retardant (VW-1) 125 °C olmalıdır.
4. Daralma Oranı: 2/1 (90 °C) olmalıdır.
5. Renk: Standart Siyah & Diğer renkler olabilir.
6. 2.5 mm çapında olmalıdır.

Alican BACAĞ  
Biyomedikal Teknikeri

Emre BÖLME  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞT. ve ARŞ. HAST.

DARALAN MAKARON  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme: Polyolefin, Halogen free olmalıdır
2. Düşük Duman Seviyesi olmalıdır.
3. Yanma sınıfı: Flame retardant (VW-1) 125 °c olmalıdır.
4. Daralma Oranı: 2/1 (90 °C) olmalıdır.
5. Renk: Standart Siyah & Diğer renkler olabilir.
6. 5 mm çapında olmalıdır.

Alican BACAĞI  
Biyomedikal Teknikeri

Emre BÖLME  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞT. VE ARAŞT. HAST.

DARALAN MAKARON  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme: Polyolefin, Halogen free olmalıdır
2. Düşük Duman Seviyesi olmalıdır.
3. Yanma sınıfı: Flame retardant (VW-1) 125 °c olmalıdır.
4. Daralma Oranı: 2/1 (90 °C) olmalıdır.
5. Renk: Standart Siyah & Diğer renkler olabilir.
6. 10 mm çapında olmalıdır.

**Alican BAÇAK**  
Biyomedikal Teknikeri

**Emre BÖLME**  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞT.ve ARŞ.HAST.