

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI:45786011/934/ 87

13./09/2018

KONU:TEKLİF

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında hastanemizin ihtiyacı olan **DİYALİZ/HEMODİYALİZ SARF MALZEME ALIMI İŞİ** yapılacaktır. Alımın en düşük teklifi veren firmadan yapılacağından, verebileceğiniz **EN DÜŞÜK KDV HARİÇ** birim fiyat tekliflerinizi, teklifte/09/2018 günü saat 14:00 kadar hastanemizde olacak şekilde göndermeniz hususunun;

Gereğini rica ederim.

Levent BARDAK
İdari ve mali Hiz. Müd.

EKLER: 1 Adet İhtiyaç Listesi

Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Hemodiyaliz Kartuş Filtre	adet	2		
2	Diyaliz Cihazı Saf Su Hortumu	Metre	50		
3	Diyaliz Cihazı Atık Su Hortumu	Metre	30		
4	Sertlik Ölçüm Kiti	Kutu	3		
5	Ph Ölçüm Kiti	Kutu	1		
6	Klor Ölçüm Kiti	Kutu	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Doğrudan Temin Birimi)
Fevzi çakmak Mah. Denizli Cad. NO:4 Uşak
Tel 0276 224 00 00 Dahili 4362 Faks 0276 223 84 75
Ayrıntılı Bilgi için G. ŞENTÜRK

SERTLİK ÖLÇÜM KİTİ

- 1.Test kiti içinde analizin yapılmasını sağlayan ayarlı çözeltiler , deney tüpleri , kullanma talimatı ve solüsyonu koyabilecek polietilen kutu olmalıdır.
- 2.Deney tüpleri 5-10 ml çizgileri ile işaretlenmiş olmalıdır.
- 3.Test kiti kutusunda toplam sertlik ölçümü için Mordan Black renk belirteci , 1 damlası 1fr ye ayarlı edta çözeltisi kullanma talimatı bulunmalıdır.
- 4.Ürünün üzerinde lot no su ve son kullanma tarihi bulunmalı.Son kullanma tarihi ürün teslim edildikten en az 2 yıl olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Recep SAVIRAN
Dip. Tes. No: 57265
Diyaliz Sorumlusu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat DEMİR
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı

Klor –Ph Strip Şartnamesi

- 1.Klor –Ph stripleri kağıt şerit şeklinde olmalıdır.
2. Stripler 100 lük kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
- 3.Ölçüm aralıkları kutu üzerinde açıkça yazılmalıdır.
4. Klor stribi için 0-0,1 1-3 mg/l aralığında ölçüm yapabilmelidir.
5. Ph stribi 0-14 aralığında ölçüm yapabilmelidir.
6. Ürünler üzerinde Lot numaraları, son kullanma tarihi yazmalıdır.Son kullanma tarihi ürünün tesliminden sonra en az 2 yıl olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Recep SAVIRAN
Dip.Tes.No:57285
Diyaliz Sorumlu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm.Dr. Murat DEMİR
Dip.Tes.No:99642
Nefroloji Uzmanı

KIRMIZI – SİYAH HORTUM ŞARTNAMESİ

- 1- Avrupa farmakopisi su standartlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Hemodiyaliz makinesi ve su sistemi hattı arasına bağlanabilmelidir.
- 3- Dış çapı 16 mm iç çapı 12 mm olmalıdır.
- 4- En az 10 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- 5- Renk olarak atık için siyah , saf su için kırmızı renk seçenekleri olmalıdır.
- 6- Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 18001 belgeleri olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Recep SAVIRAN
Dip. Tes. No: 57285
Oyalt: Sorumlu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Mural DEMİR
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı

KARTUŞ FİLTRE ŞARTNAMESİ

- 1.Bakım gerektirmeyen.
- 2.Avrupa farmokopedansı diyaliz suyu kalitesini bozmayacak özellikte polipropilen ip sargılı
3. Atılabilir tip 20'' uzunluğunda
4. 2 tarafı açık olan oringsiz
5. 25, 10, 5, 1mikron partikül tutma kapasitesine sahip tipleri bulunan
- 6.Suda bulunan kum kireç pas ve diğer ince partikülleri tutabilen
- 7.Çalışma sıcaklığı maximum 45°C olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Recep SAVIRAN
Dip. Tes. No: 57265
Diyaliz Sorumlusu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat DEMİR
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı