

TC
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 4578601/934/ 1333
KONU : TEKLİF

02.11./2018

Hastanemiz Beyin Cerrahi Ünitesi ihtiyacı 2 klm mız temini işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı 07.11./2018 günü mesai bitimine kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

EK: 2 Adet Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşl. Müdürü

TEL: 276.224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276.223 84 75

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	GİGLİ TELİ 50 CM	50	ADET		
2	DE MARTELGAYD	1	ADET		
				TOPLAM	

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir,
Mail Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

GİGLİ TELİ TESTERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50cm uzunluğunda olmalıdır.
2. İnox çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. 3 sarmallı olmalıdır.
4. En az 2 farklı çapta ürün temin edilmelidir.
5. Uçları açılmayacak şekilde pres ya da kaynakla tespitli olmalıdır.
6. Yürürlükteki KİK mal muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik esasları uygulanacaktır.
7. Firmalar teklif ettiği üründen en az üç adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Ürün ameliyathanede kullanıldıktan sonra uygunluk verilecektir.
9. Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde marka, lot numarası gibi ürünün takip edilebilirliği için gerekli tüm belgeler mevcut olmalıdır.
11. Kusurlu ürünler firma tarafından bir hafta içinde değiştirilecektir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Uğur KUŞCUOĞLU
Dip. Tes. No: 97045
Beyin Cerrahi Uzmanı

UŞAK EĞT. VE ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Celal Özbek ÇAKIR
Dip. Tes. No: 100100
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzm.

De Martel Gayd Şartnamesi

- 1 Gaydın yüzeyi pürüzsüz ve düzgün bir yapıya sahip olmalıdır.
- 2 Gaydın üretildiği malzeme paslanmaz çelik olmalıdır.
- 3 Esnek malzemedен üretilip 30cm uzunlukta olmalıdır
- . 4. Gaydın orta kısmında gıli teli testeresinin kolayca takılacak mekanizması olmalıdır.
5. Malzemenin UBB kaydı olmalıdır.

UŞAK EĞT. ARAŞ. HAFT.
Uzm. Dr. Celal Özbek ÇAKIR
Dip. Tes. No: 100100
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzm.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EST. CERRAHİSİ
Op. Dr. Ufuk K. S. DOĞLU
Dip. Tes. No: 100145
Beyin Cerrahi Uzmanı