

TC
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/1328
KONU : TEKLİF

02.11.2018

HASTANEMİZ İHTİYACI BOY VE KİLO ÖLÇER TARTI ALIMI İŞİ için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 02.11.2018 günü saat 13.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Leven BARDAK
İdari ve Mali İşler Müd.

EKLER: ... Sayfa teknik şartname

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
	BOY VE KİLO ÖLÇER TARTI	1	ADET		
				TOPLAM	

TEKLİF VEREN FIRMA

İSİM-İMZA

BOY ÖLÇERLİ TARTI ŞARTNAMESİ

- 1- Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalıdır.
- 2- Tartı 100gr (+_10gr) hassasiyetle tartım yapabilmelidir.
- 3- Hem elektrik hem pille çalışabilmelidir. Tartı aleti ile birlikte cihazın orijinal adaptörü verilmeli, piller alkalini olmalıdır.
- 4- Kg biriminde ölçüm yapabilmelidir.
- 5- Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı. Kullanılmadığı zaman kendi kendine kapatma özelliği olmalıdır.
- 6- Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
- 7- Cihazın kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlek vb. sisteme sahip olmalıdır.
- 8- Cihaza teleskopik boy ölçme çubuğu monte edilmek suretiyle tartım/ölçüm bir arada yapılabilirdir.
- 9- Tartı aleti ve boy ölçme çubuğu aynı marka olmalıdır.
- 10- Ölçülen boy her zaman göz hizasından okunabilmelidir.
- 11- Boy ölçme çubuğu iç içe geçme özelliğine sahip olmalı. Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemelidir.
- 12- Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 13- Tartı aletinin üzerine çıkılan zeminin yerden yüksekliği 10cm.den az olmalıdır.
- 14- Cihazlar 220 volt 50 Hz şehir şebekesine uyumlu olmalıdır.

Nâfiye A. UZUNOK
Diyadin
MMZT-5

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Fatma GÜLLHAN
Sicil No: MM33394 Dip.No:5
Tıbbi Uzman