

29.11.2018

## UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:  
KU.FR.001Yayın Tarihi  
HAZİRAN 2014Revizyon No  
01Revizyon Tarihi  
Aralık 2016Sayfa No:  
1/1

TALEP EDEN BÖLÜM: AMELİYATHANE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	KATOLOG KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1	150.03.03		BLADE OFTALMIC KORONER BİSTÜRÜ NO:5	50	ADET			201		
2										
3										
4										

## 11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

KVC BYPASS AMELİYATLARI İÇİN GEREKLİ TIBBİ MALZEMEDİR. ( KVC İHALESİ YAPILINCAYA KADAR GEREKLİ MİKTAR )

...27...../.....11.../2018.....

Bölüm Sorumlusunun  
imza ve kaşesi

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 , 5 , 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	29.11.2018
	ilk alım		150-03-03	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

## TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

BÜTÇE KODU	İHALE	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun bir şekilde arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	Levent BARDAK İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Doğ. Bil. Fak. Tıp Fak. Hast. Servis Sorumlusu  
Dip. No: 100712 / 68647  
Kalyon Damar Cerrahi A.B.D.Ecz. Yasemin ŞAR  
ECZ/6752

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

## BLADE OFTALMİK KORONER BİSTÜRİSİ (SİVRİ UÇ) NO:5

- 1.Bisturi ucu kalp-damar cerrahisi ameliyatlarında koroner damarları deformasyona yol açmadan kesme işleminde kullanılabilir.
- 2.Uc kısmı sivri olmalıdır.
- 3.Ucun bir kenarı yaklaşık 3mm uzunluğunda kesici ağza sahip olmalıdır.
- 4.Uc kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
- 5.Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- 6.Ambalajında ne ile steril edildiği ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmiş olacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 7.Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir. istenen miktarda numune getirecek, numuneler operasyonda test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.

UŞAK İBRAHİM TIP FAKÜLTESİ VE ARŞ. HAST.  
Doç. Dr. Mustafa YAMAN  
Dip. Teş. No: 116901  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ARŞ. HAST.  
Doç. Dr. Şahin BOZOK  
Dip. Teş. No: 100792 / 68847  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.