

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI 45786011/934/1480
KONU:TEKLİF

28/11/2018

Hastanemiz Diyaliz ihtiyacı Diyaliz Su hattı üzerine takılacak 1 kalem Colder Çekvalf malzeme alımı işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 30/11/2018 saat 17:00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Ek:..... Sayfa teknik şartname

Levent BARBAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEL: 276 224 00 00 -4333

DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75

e-posta:udhdogrudentemin64@gmail.com-usakeah.dtemin@saglik.gov.tr

| SIRA | ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/Ş | MİKTARI | BİRİMİ | UBB/KAPSAM DIŞI | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|------|------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | COLDER ÇEKVALF | 10 | ADET | | | |
| | | | | | TOPLAM | TL. |

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

COLDER ÇEKVALF ŞARTNAMESİ

- 1-Çekvalf vanalar komple plastik aksamli olmalıdır.
- 2-Çekvalf vana 2 parçalı olmalı ve her iki ayrılan parçada da çekvalf olmalıdır.
- 3-Çekvalf vananın hortum bağlantıları 9 mm olmalıdır.
- 4-Çekvalflerin içersindeki yay vb.aksamlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5-Çekvalf vanalar Avrupa farmakopesinde belirtilen diyaliz suyu özelliğini bozmayacak özellikte olmalıdır.
- 6-Çekvalf vanalar 10 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- 7-Mevcut PEX-A boru sistemine uygun olmalı ve Pex Te ile sisteme bağlantısı yapılmalıdır.
- 8-Yüklenici firma çekvalflerin montajını da yaparak çalışır durumda teslim etmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Feriðop S. YILIRAN
Dip. Tes. No: 57265
Diyaliz Sorumlusu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat DEMİR
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı