

SAYI:45786011/934/ **138**
KONU:TEKLİF

20..11/2018

Hastanemiz Ortopedi Servisinde yatmakta olan 59821439292T.C. KİMLİK NUMARALI RAMAZAN ŞEVK için 10 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı **21.11/2018** günü saat:..10:00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki: **1**.....Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müd.

Firmalar Teklif Etiketleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını varsa Emekli Sandığı Barkod Numarasını Ayrıca Ürünü Satmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI	
1	ANCOR İLE KULLANABİLEN KLAVİKULA PLAKLARI	1	ADET	TV1550				TL
2	2,3 MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR	6	ADET	TV1310				TL
3	2,3 MM PEG VİDALAR	6	ADET	TV1310				TL
4	2,7 MM KORTİKAL VİDALAR	8	ADET	TV1010				TL
5	3,0 MM KORTİKAL VİDALAR	8	ADET	TV1010				TL
6	3,5 KORTİKAL VİDALAR	8	ADET	TV1030				TL
7	2,7 MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR	6	ADET	TV1150				TL
8	3,0 KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR	8	ADET	TV1150				TL
9	3,5 KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR	8	ADET	TV1170				TL
10	4.0 MM KANSELLOZ VİDALAR	5	ADET	TV1130				TL
TOPLAM								TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

ANATOMİK KLAVİKULA PLAĞI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Akut, Malunions ve Non-Unions klavikula kırıklarının fiksasyonuna uygun tam anatomik tasarımlı plaklardan oluşmalıdır.
2. Plakların alt yüzeyi tübüler yapıda ve düşük temas özellikli olmalı ve bu sayede kemik-plak temas sağlamlığı en iyi şekilde sağlanırken, bükülmeye karşı direnci artırılmış ve periost basısı da azaltılmış olmalıdır.
3. Plak-Vida profili sıfır olmalıdır.
4. Plakların tüm köşeleri yuvarlatılmış olmalı ve bu sayede yumuşak doku iritasyonu önlenmelidir.
5. Plaklar kullanılacağı bölgeye göre (sağ/sol) renk kodu ile ayrılmış olmalı ve bu sayede ameliyat sırasında kolay seçilebilmelidir.
6. Plak üzerinde güçlü osteosentez için kilitli vida delikleri olmalı ve kilitli vida seçenekleri de sistemle birlikte sunulmalıdır.
7. Her plakta kompresyon/redüksiyon slotları olmalıdır.
8. Sistem klavikula şaft kırıkları için superior ve anterior plaklar içermeli ve tamamı anatomik olarak şekillendirilmiş olmalıdır. Anterior plaklarda düşey eğime sahip olmalıdır.
9. Gerektiğinde set içinde Acremium bölgesi için polietilen askı bağ bulunmalıdır.
10. Uç kırıklarında kullanmak için farklı uzunluk seçenekleri sunulmalıdır. Plakların genişleyen uç bölgesinde 2.7/3.5mm vida seçimine ilaveten 2.3mm kilitli vidaların bol olarak gönderilebildiği modelleri de olmalı ve kırık tipine göre hekimin büyük veya küçük vida kullanım seçeneği sunulmalıdır.
11. 2.3mm vidaların kullanılacağı uç plaklarının delme ve vida gönderim işleminin doğru ve hızlı yapılabilmesi için röntgen de görünmeyen ve düşük profilli bir klavuz blok sistemi olmalıdır.
12. Şaft plaklarının uçları superior uç noktaya doğru inceltilmiş olmalı ve bu sayede plak ucundaki stres oluşum ihtimali ortadan kaldırılmış olmalıdır.
13. Şaft plaklarında en distal vidalar 15° açı ile gönderilebilmeli, bu sayede daha kolay olarak ve dar insizyon alanından vidalama yapılabilmelidir.
14. Ürünlerin tamamı Titanyum (Ti6Al4V ELI) 'dan imal edilmiş olmalıdır. Ürünün kullanımı için gerekli olan bütün özel aletlerinde olduğu ve bu plaklar ve klavikula ameliyatları için gerekli olan yardımcı donanımların (özel retraktörler, delme klavuzları v.s.) çakma setinin detaylarında tekliflerle verilmelidir.

TV1550	ANCOR İLE KULLANILABİLEN KLAVİKULA PLAKLARI
TV1310	2.3MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR
TV1310	2.3MM PEG VİDALAR
TV1010	2.7MM KORTİKAL VİDALAR
TV1010	3.0MM KORTİKAL VİDALAR
TV1030	3.5MM KORTİKAL VİDALAR
TV1150	2.7MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR
TV1150	3.0MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR
TV1170	3.5MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR
TV1130	4.0MM KANSELLOZ VİDALAR

USAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op.Dr. Yılmaz KAYA
Dip. Tes. No: 146575
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.

USAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op.Dr. Adem EMELİ
Dip. Tes. No: 131660
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op.Dr. Cokhan ŞENYUVA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 106270
USAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.