

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/ 951
KONU : TEKLİF

08./08/2018

Hastanemiz KVC Ameliyathane Birimi ihtiyacı 11 kalem tıbbi malzeme alımı işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı ..13../08/2018 günü saat .13../00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

EKLER: 8 Sayfa teknik şartname

İyent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

e-mail:udhdogrudentemin64@gmail.com

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT		TOPLAM FİYATI	
1	KRONER BİSTÜRİ NO:5	20	ADET			TL		TL
2	AKSİLLER ARTER PERFÜZYON KANULÜ 8 F	5	ADET			TL		TL
3	DACRON GREFT 26 MM	2	ADET			TL		TL
4	DACRON GREFT 28 MM	2	ADET			TL		TL
5	DACRON GREFT 30 MM	2	ADET			TL		TL
6	DACRON GREFT 32 MM	2	ADET			TL		TL
7	DAMAR GREFT SİRALLİ 6 MM	2	ADET			TL		TL
8	DAMAR GREFT SİRALLİ 8 MM	2	ADET			TL		TL
9	DAMAR GREFT SİRALLİ 10 MM	5	ADET			TL		TL
10	AKSİLLER ARTER PERFÜZYON KANULÜ 7 F	5	ADET			TL		TL
11	ARSİLLER ARTER PERFÜZYON KANULÜ 6 F	5	ADET			TL		TL
					TOPLAM			TL

TEKLİF VEREN FIRMA

İSİM-İMZA

BLADE OFTALMİK KORONER BİSTÜRİSİ (SİVRİ UÇ) NO:5

- 1.Bisturi ucu kalp-damar cerrahisi ameliyatlarında koroner damarları deformasyona yol açmadan kesme işleminde kullanılabilmelidir.
- 2.Uc kısmı sivri olmalıdır.
- 3.Ucun bir kenarı yaklaşık 3mm uzunluğunda kesici ağza sahip olmalıdır.
- 4.Uc kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
- 5.Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- 6.Ambalajında ne ile steril edildiği ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmiş olacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 7.Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir. istenen miktarda numune getirecek, numuneler operasyonda test edilecek ve uygun olmayanlar alım dışı tutulacaktır .

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Barış TUNCER
Dip. Tes. No: 100736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Deniz ZETİNTAŞ
Dip. Tes. No: 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

PTFE DÜZ GRAFT RİNGLİ 8 MM 70 CM

1. Graftler expanded politetrafloretilden imal edilmiş, düz, ringli, ince duvarlı özelliğine sahip olacaktır.
2. Graftler teker teker steril ambalajlarda teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde son kullanım tarihi ve ne ile sterilize edildiği belirtilmiş olacaktır.
3. Graftler yumuşak ve handlingi kolay olacaktır.
4. Teklif veren firmalar açılmadan incelenmek üzere orjinal paket içerisinde 1 adet numune ile graft özelliklerinin incelenebilmesi için 1 adet steril olmayan graft örneği ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
5. Özel dikiş materyaline gerek olmamalıdır.
6. Graftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, ya da graftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
7. Sterilizasyon süresinin bitimine 3 ay kala yenisi ile değiştirilmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Barış TUNÇER
Dip. Tes. No: 100736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Demir ÇETİNTAŞ
Dip. Tes. No: 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Arslan KOÇ
Dip. Tes. No: 65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

AKSİLLER ARTER PERFÜZYON KANÜLÜ 6F

1) Arter kanül AKSİLLER arter damardan girişim yapılarak, ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kanın veya steril solüsyonun hastanın sistemik dolaşımına aktarılması için kullanılan perfüzyon kanülü olarak kullanıma uygun olmalıdır.

- 1) Kanül 30.5 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2) 2 Kanül tek parça (döküm) olmalıdır.
 - 3) 3 kanül 3/8 koneksiyona uygun vented ve non vented modellere sahip olmalıdır.
 - 4) Kanül king olmayı engelleyici spiral tel sarımlı olmalıdır.
 - 5) Kanül 6 F ölçülerinde olmalıdır.
 - 6) Kanül duvarı ince olmalıdır.
 - 7) kanül derinlik gözteren çizgilere sahip olmalıdır
 - 8) Kanülün yerleşimi sırasında kanın aniden boşalmasını engelleyici intaducer sistemi olmalıdır.
 - 9) Kanile flange yerelmemalı, düz ve gittikçe incelen bir yapıya sahip olmalıdır.
 - 10) Kanülün blunt tip intaducerli ve diattör tip intaducerli çeşitleri olmalıdır
- Kanül tek tip steril paketlerde olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Ali KOC
Dip. Tes. No: 65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Baki TUNÇER
Dip. Tes. No: 120736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Demir SETİNTAŞ
Dip. Tes. No: 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

AKSİLLER ARTER PERFÜZYON KANÜLÜ 7F

- 1) Arter kanül AKSİLLER arter damardan girişim yapılarak, ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kanın veya steril solüsyonun hastanın sistemik dolaşımına aktarılması için kullanılan perfüzyon kanülü olarak kullanıma uygun olmalıdır.
 - 1) Kanül 30.5 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2) 2 Kanül tek parça (döküm) olmalıdır.
 - 3) 3 kanül 3/8 koneksiyona uygun vented ve non vented modellere sahip olmalıdır.
 - 4) Kanül king olmayı engelleyici spiral tel sarımlı olmalıdır.
 - 5) Kanül 7 F ölçülerinde olmalıdır.
 - 6) Kanül duvarı ince olmalıdır.
 - 7) kanül derinlik gösteren çizgilere sahip olmalıdır
 - 8) Kanülün yerleşimi sırasında kanın aniden boşalmasını engelleyici intaducer sistemi olmalıdır.
 - 9) Kanile flange yeralmamalı, düz ve gittikçe incelen bir yapıya sahip olmalıdır.
 - 10) Kanülün blunt tip intaducerli ve diatör tip intaducerli çeşitleri olmalıdır
- Kanül tek tip steril paketlerde olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EGT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Aydın KOÇ
Dip. Tes. No 65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EGT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Barış TUNCER
Dip. Tes. No 5736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EGT. VE ARŞ. HAST.
UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EGT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Barış TUNCER
Dip. Tes. No 5736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

PTFE DÜZ GRAFT RİNGLİ 6 MM 70 CM

1. Graftler expanded politetrafloretilden imal edilmiş, düz, ringli, ince duvarlı özelliğine sahip olacaktır.
2. Graftler teker teker steril ambalajlarda teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde son kullanım tarihi ve ne ile sterilize edildiği belirtilmiş olacaktır.
3. Graftler yumuşak ve handlingi kolay olacaktır.
4. Teklif veren firmalar açılmadan incelenmek üzere orjinal paket içerisinde 1 adet numune ile graft özelliklerinin incelenebilmesi için 1 adet steril olmayan graft örneği ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
5. Özel dikiş materyaline gerek olmamalıdır.
6. Graftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, ya da graftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
7. Sterilizasyon süresinin bitimine 3 ay kala yenisi ile değiştirilmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. **BAŞ TUNÇER**
Dip. Tes. No: 100736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. **BAŞ TUNÇER**
Dip. Tes. No: 100736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. **DEMİR ÇETİNTAŞ**
Dip. Tes. No: 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

AKSİLLER ARTER PERFÜZYON KANÜLÜ 8F

- 1) Arter kanül AKSİLLER arter damardan girişim yapılarak, ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kanın veya steril solüsyonun hastanın sistemik dolaşımına aktarılması için kullanılan perfüzyon kanülü olarak kullanıma uygun olmalıdır.
 - 1) Kanül 30.5 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2) 2 Kanül tek parça (döküm) olmalıdır.
 - 3) 3 kanül 3/8 koneksiyona uygun vented ve non vented modellere sahip olmalıdır.
 - 4) Kanül king olmayı engelleyici spiral tel sarımlı olmalıdır.
 - 5) Kanül 8 F ölçülerinde olmalıdır.
 - 6) Kanül duvarı ince olmalıdır.
 - 7) kanül derinlik gözteren çizgilere sahip olmalıdır
 - 8) Kanülün yerleşimi sırasında kanın aniden boşalmasını engelleyici intaducer sistemi olmalıdır.
 - 9) Kanile flange yeralmamalı, düz ve gittikçe incelen bir yapıya sahip olmalıdır.
 - 10) Kanülün blunt tip intaducerli ve diatör tip intaducerli çeşitleri olmalıdır
- Kanül tek tip steril paketlerde olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. BARS TUNCER
Dip. Tes. No: 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Demir CETİNTAŞ
Dip. Tes. No: 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Aydin KOÇ
Dip. Tes. No: 65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

PTFE DÜZ GRAFT RİNGLİ 10 MM 70 CM

1. Greftler expanded politetrafloretilden imal edilmiş, düz, ringli, ince duvarlı özelliğine sahip olacaktır.
2. Greftler teker teker steril ambalajlarda teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde son kullanım tarihi ve ne ile sterilize edildiği belirtilmiş olacaktır.
3. Greftler yumuşak ve handlingi kolay olacaktır.
4. Teklif veren firmalar açılmadan incelenmek üzere orjinal paket içerisinde 1 adet numune ile greft özelliklerinin incelenebilmesi için 1 adet steril olmayan greft örneği ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
5. Özel dikiş materyaline gerek olmamalıdır.
6. Greftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, ya da greftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
7. Sterilizasyon süresinin bitimine 3 ay kala yenisi ile değiştirilmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARAŞ. HAST.
Op. Dr. Aydın KOÇ
Dip. Tes. No: 65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARAŞ. HAST.
Op. Dr. Banu TUNCER
Dip. Tes. No: 100736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARAŞ. HAST.
Op. Dr. Demir ÇETİNTAŞ
Dip. Tes. No: 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

DACRON DÜZ GREFT

- 1- Greftler Dacron-Knitted Polyester Dacron yapıda olmalıdır.
- 2- Sızdırmazlık ve terleme olmamalıdır.
- 3- Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir.
- 4- Pre-Clotting gerektirmemelidir.
- 5- %100 doğal Bovine Collagen ile kaplı olmalıdır.
- 6- Formaldehid, Gluteraldehid gibi kimyasallar ihtiva etmemelidir.
- 7- Optimal velour yapısı, düzgün psodointima tabakası oluşturmamasını kolaylaştırmalıdır.
- 8- İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için, graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
- 9- Graft Woven (dokuma) şeklinde üretilmiş olmalıdır.
- 10- Graft 6 mm den 34 mm kadar geniş bir size profiline sahip olmalıdır.
- 11- Graft woven kutularında kesinlikle Termokoter bulunmalıdır.
- 12- Kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- 13- Sterilizasyonu Gamma Steril olmalıdır.
- 14- Malzemeler Gamma ışın sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalı, steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, belirtilmelidir. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır.
- 15- Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. Talep edilmesi durumunda eldeki greftler farklı bir numara ile değiştirilebileceği firma tarafından taahhüt edilmelidir.
- 16- Greftlerin su geçirgenliği (porosite) <10 cc/dk/cm2 olmalıdır.
- 17- Sterilizasyon süresinin bitimine 3 ay kala yenisi ile değiştirilmelidir.
- 18- Her bir greft ile birlikte greft koter kalemi verilecektir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Aydın KAYI
Dip. Tes. No. 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Baki TUNCER
Dip. Tes. No. 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Derya CETİNTAŞ
Dip. Tes. No. 127447
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı