

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI :45786011/934/ 1000
KONU:TEKLİF

29.08/2018 -4133

Hastanemiz Genel Cer. Servisinde yatmakta olan 40337067046 TC KİMLİK NUMARALI GÜLŞEN KUYUL için 1 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı 31.08/2018 günü saat:16.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki:.....Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Firmalar Teldif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını, Ayrıca Ürünü Satmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır. Teklif edilen ürünlerin, MEDULA sisteminde tıbbi malzeme alan tanımı (SUT KODU) bazında eşleştirme işlemi tamamlanmış olmalıdır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	SUT KODU	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	AKALAZYA DİLATASYON BALONU	GS1350	1	ADET			
TEKLİF VEREN FİRMA							TOPLAM TL

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mali Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

AKALAZYA DİLATASYON BALONU 35 MM SUT KODU:GS1350

- 1-BALON KATETERİ 0.035 KILAVUZ TEL İLE KULLANILABİLMELİDİR.
- 2-KATETER UZUNLUĞU EN FAZLA 100 CM OLMALIDIR.
- 3-KATETER ÇAPI EN FAZLA 7 F OLMALIDIR.
- 4-KATETERİN UÇ KISMI ATRAVMATİK OLMALI VE HASTAYA ZARAR VERMEMELİDİR.
- 5-UCU İNCELEREK SONLANMALIDIR.
- 6-BALONUN HER İKİ UCUNDA FLOROSKOPİ ALTINDA GÖRÜLEBİLİR RADYOOPAK MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 7-BALON ÇAPI EN AZ 30 MM OLMALIDIR.
- 8-BALON UZUNLUĞU EN FAZLA 80 MM OLMALIDIR.
- 9-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.
- 10- ÜRÜN KATETERİ ÜZERİNDE BALON ÇAPLARI SILINMEYECEK BİR ŞEKİLDE YAZILI OLMALIDIR.
- 11-NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat GÜNER
Dip. Tes. No: 126154
Cerrahi Onkoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat GÜNER
Cerrahi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 126154

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Turgut UÇER
Dip. Tes. No: 24908
Genel Cerrahi Uzmanı