

29.11.2018

UDH.FR.204/..

İHTİYAÇ TALEP FORMU

TALEP EDEN BÖLÜM: TIBBİ SARF DEPO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	SUT KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	2018 YILI KULLANIM MİKTARI	ANA DEPO STOK MİKTARI	DAHA ÖNCEKİ ALIM TARİHİ	EN SON ALIM FİYATI
1	150.03.03	OR1400	ASPIRATÖR TORBASI RECEPTAL 2000 ML VALFLİ	1000	2 AY	4578	22	30.05.2017	5,8752
2	150.03.03	AN1360	PORT İĞNESİ 20G /20 MM	300	2 AY	1050	5	05.07.2018	12,852
4	150.03.03	OR3080	CİLT STAPLERİ	800	2 AY	3021	0	22.03.2018	9,47
5	150.03.03	OR1440	NAZOGASTRİK SONDA SİLİKON NO:14	200	2 AY	600	0	07.09.2018	0,8424
6	150.03.03	OR1440	NAZOGASTRİK SONDA SİLİKON NO:16	200	2 AY	700	0	07.09.2018	0,8424

11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

İHALEDEN GELENE KADAR YETMEYECEK MALZEME TALEBİDİR.

Bölüm Sorumlusunun
imza ve kaşesi

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 2, 3, 4, 5, 6 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU
	YETERLİ MİKTARDA YOKTUR.		150,03,03

*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

BÜTÇE KODU	İHALE
ALIM ŞEKLİ	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunda, onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirilme Görevlisi Levent BARDAK İdare ve Mali İşler Müdürü Harcama Yetkilisi DR. Öğr. Üyesi ERKAN AKSLAN BAŞHEKİMİ

ASPIRASYON TORBASI 2000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün,birlikte ambalajlanmış hortum ve torbadan oluşmalıdır.
2. Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
3. Torba flexible(esnek) PE yapıda ve 2000 ml hacminde olmalıdır.
4. Torba üzerinde birbirinden farklı kaplarda hasta,vakum,örnek alma,tandem(seri bağlama) portları bulunmalı,bu portları işlem sonunda kapatmak için kapak sistemi bulunmalıdır.
5. Torbanın vakum kaynağı bağlantı girişinde torba dolduğunda vakum emişini durduran filtre bulunmalıdır.Bu filtre aynı zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteriyel filtreli olmalıdır.
6. Torbanın hasta bağlantı portunda gelişme anında aspire edilen materyalin hastaya geri akışını engelleyen anti refli valf bulunmalıdır.
7. Ürün,aspire edilen materyalin ana vakum kaynağına kagmaması için gerekli düzeneğe sahip olmalıdır.
8. Aspire edilen materyalin hacmine bağlı olarak torbalar birbirine tandem girişi ile seri bağlanabilmelidir.
9. Kanister üzerinde aşma kapama (On-Off) valfi bulunmalıdır.
10. Kanister kırılmaya dirençli ve 121 C de steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
11. Kanister üzerinde 2000 ml torba kullanılmaya uygun skala bulunmalıdır.
12. Hasta bağlantı hortumu en az 180 cm olmalıdır,hortum ucunda gerekli durumlarda vakum kontrolü yapabilmek üzere kapkon konektör bulunmalıdır.
13. Aspirasyon torbaları,ameliyathane ve anestezi ekibinin kullanımına uygun olacak şekilde 2 li veya 4 li mobil arabalarda kullanılabilmelidir.
14. Merkezi vakum bağlantısı için gerekli hortumlar bedelsiz olarak verilmelidir.
15. Yoğun bakım ve servislere duvara montaj yapılabılır tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.
16. Montaj malzemeleri krom,nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
17. Torbalara,hastanenin özel isteği doğrultusunda ilave materyaller (Köpük önleyici,jelleştirici,dezinfektan) eklenebilmelidir.
18. Ürün etiketi üzerinde üretim,son kullanma tarihi,lot numarası,referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.
19. Hastanede mevcut kanisterlere uyumlu şekilde olmalıdır.(Eğer hastanede kanisterlere uyumlu değilse 100 adet kanister , belirlenen yerlere firma tarafından monte edilecek ve 18 adet 2 li mobil araba verilecektir.)

İSTANBUL UNİVERSİTESİ HASTA VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
UZMANİYE ÖZLEM AKDAS
GİRİŞİMİ VE KONTROLÜ
GİRİŞİMİ NO: 11807

İSTANBUL UNİVERSİTESİ HASTA VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
UZMANİYE ÖZLEM AKDAS
GİRİŞİMİ VE KONTROLÜ
GİRİŞİMİ NO: 11807

PORT İÇNESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. Port silikonu zedelemeyecek şekilde aseptik uçlu olmalıdır. Birinci basamak keskin ikinci basamak özel tektikte yuvarlatılmış olmalıdır
2. Fiksasyon kanalları portun üzerini tam kapatacak şekilde geniş, yuvarlak veya kelebek kanatlı olmalıdır.
3. 20 gauge, 20 mm olmalıdır.
4. Üzerinde klamp bulunmalıdır.
5. Enjeksiyon line'i olmalıdır.
6. Steril orijinal ambalajda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün iğeri hakkında tüm bilgiler belirtilmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Utku ESEK
Dip. Tes. No: 19825
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Utku ESEK
Dip. Tes. No: 19825
Tıbbi Cihazlar Uzmanı

-

NAZOGASTRİK SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi pvc'den yapılmış olmalı.
2. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı.
3. Sondanın distal kısmındaki gıkışında en az üç delik olmalı.
4. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı gizgiler olmalı. Gizgiler kolay silinmemelidir.
5. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve gam ağacı ile bağlantıya uygun olmalı.
6. Renk kodlu olmalı.
7. Temiz tekli paketlerde ambalajlanmış olmalı.

Uzm. Dr. Ozlem AKDAŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tba. No: 118073
USAK UNİVERSİTESİ

Uzm. Dr. Ozlem AKDAŞ
Dip. Tba. No: 118073
USAK UNİVERSİTESİ