

T.C
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI:45786011/934/**1626**
KONU:TEKLİF

07/12/2018

Hastanemiz Beyin Cerrahi Servisinde yatmakta olan 40628077824 TC KİMLİK NUMARALI ŞÜKRÜ AKAL için 3 Kalem
Tİbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından,
verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİC birim fiyatlarınıza **10.00**..../12/2018 günü saat:**10.00**'a kadar Hastanemizde olacak
şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki: **2**....Sayfa Teknik Şartname


Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Firmalar Teklif Ettikleri Ürtünlere Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını
ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını, Ayrıca Ürünlü Satmaya Yetkili Bayi
Olduğunu Gösteren Tammlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde
Sunnmak Zorundadır. Teklif edilen ürünlerin, MEDULA sisteminde tıbbi
malzeme alan tamı (SUT KODU) bazında eşleştirme işlemi tamamlanmış
olmalıdır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	SUT KODU	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	VERTEBRAPLASTİ KİTİ	102285	2	ADET			
2	VERTEBRAPLASTİ KEMİK GİRİŞİM KİTİ	102290	2	ADET			
3	VERTEBRAPLASTİ KEMİK ÇİMİNTOSU	102295	2	ADET			
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İŞİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudantemini64@gmail.com

Hasta Adı → Sekir Alcal
TC → 40629077 824

VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik girişim seti çift paket içerisinde E.O. gazıyla steril edilmiş iki parça malzemeden oluşmalıdır.
2. Setin kemiğe giriş yapacak olan ucu 75 derecelik açıya sahip olup kemiğe giriş kolaylaştmak için sivri ve keskin olmalıdır. İki parça birbirine kitlemeli sisteme sahip olmalıdır.
3. Setin içindeki ikinci parça çıkartıldığında içinden guide wire geçebilecek ölçülere sahip olmalıdır.
4. Setin tamamı MR uyumlu vaka esnasında skopi altında gözükebilir olmalıdır.
5. Kemik girişim seti ile vertebroplasti kiti birbirine uyumlu olmalıdır.
6. Cement gönderici tabanca şeklinde olmalıdır.
7. 20cc hacimli tüpe sahip olmalıdır.
8. Tabanca ile girişim iğnesi arasındaki bağlantı kablosu olmalıdır.
9. Cementin geri tepmesini engellemek için tabanca özel kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
10. Çimento özel olarak interventional ağrının giderilmesi için vertebroplasti ve kifoplasti teknliğinde uygulanabilir özellikle olmalıdır.
11. Çimento tozu ve sıvısı aynı paket içinde steril olarak sunulmalıdır.
12. Çimento radyopak olmalıdır.
13. Çimento, radyopak özelliğini artırması açısından baryumsülfat katkısı içermelidir.
14. Çimento prematüre polimerasyonu önlemek için hidrokini içermelidir.
15. Çimento ; bitmiş terapötik bileşliğin soğuk kürlenmesini desteklemek için N-dimetil para toluidin içermelidir.
16. Çimento, 13,4gr PMMA, 9,3gr baryum sülfat ve 0,5gr. Benzoilperoksit içermelidir.
17. Çimento karıştırıldıktan sonra hemen hamur kıvamına gelmelidir.
18. Çimento karıştırıldıktan sonra 18 dakika uygulama süresine sahip olmalıdır.
19. Çimento , kapalı vakumlu karıştırma sistemi ile karıştırılıp, yine aynı sistem ile kemiğe UŞAK ŞÜYOLLANMALIDIR.
Uzm.Dr. Celal Orhan ÇAKIR
Dip.Tes.No: 100100
Beyin ve Skler Derhali Uzm.

UŞAK ÜNLÜ EĞİTİM ARS HAST
Dip.Dr. Turgut KILDAÇI
Dip.Tes. No: 09184
Beyin ve Skler Derhali Uzmanı

UŞAK ÜNLÜ EĞİTİM ARS HAST
Dip.Dr. Uluç KUŞCUOĞLU
Dip.Tes.No: 97045
Beyin Cerrahi Uzmanı

20. UBB kaydı olmalıdır.

21. Kemik girişim seti CE belgesi bulunmalıdır. Ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.

102.285	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KİTİ, STERİL, PLASTİK
102.290	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ, METAL-PLASTİK
102.295	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU, PMMA

UŞAK EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm.Dr. Celal Üzbeş ÇAKIR
Dip.Tes.No: 100100
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzman.

UŞAK ÜNLİ TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Do.Dr. Turgay KILDAÇI
Dip.Tes. No:69184
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzman.

UŞAK ÜNLİ TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Do.Dr. Utku KUSCU
Dip.Tes. No: e
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzman.