

ÇOK ACIL!

		UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ								
		İHTİYAÇ TALEP FORMU								
Doküman No: KU.FR.001		Yayın Tarihi HAZİRAN 2014		Revizyon No 01		Revizyon Tarihi Aralık 2016		Sayfa No: 1/1		
TALEP EDEN BÖLÜM <i>Dişgiz</i>										
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			<i>TANDEM YUMUŞATMA 1 ADET</i>							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ								21/12/2018		
<i>Yumuşatma ünitesi atıfalanmıştır. O. Parkar</i>								Bölüm Sorumlusunun imza ve kaşesi		
<i>5.11.2018 tarihinde teslim edilmiştir</i>								<i>[Signature]</i>		

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 , 5 , 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12 DEPO GÖRÜŞÜ	13 TAŞINIR KODU	21/12/2018
<i>Stoklarımızda mevcut</i>	<i>150-13-02</i>	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ		/...../20.....	
<i>[Signature]</i>			
BÜTÇE KODU	İHALE	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim.	
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	
		21/12/2018	
		UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi	

TANDEM YUMUŞATMA ŞARTNAMESİ

1. Komple plastik aksamdan olmalıdır.
2. Tandem yumuşatma sistemi tam otomatik basınç kontrollü olmalıdır.
3. Tanklar reçineler ve kontrol ünitesi tek parça halinde montaj yapılabilmelidir.
4. 2 barlık şebeke basıncın da elektriğe ihtiyaç duyulmadan kendisi yıkama saykılarını yapabilmelidir.
5. Sistem 2 yıl garanti altındadır.
6. Yüklenici firma malzemenin montajını da yaparak sistemi faal teslim etmelidir.
7. Yüklenici firmanın TSE 12426, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 kalite yönetim belgeleri bulunmalıdır

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Recep SAVIRAN
Dip. Tes. No: 57265
Yalız Sorumlu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat DEMİR
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı



MÜHENDİSLİK TEKNİK SERVİS SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Bati Bulvarı ATB İş Merkezi E Blok No: 116
Macunköy 06105 Yenimahalle / ANKARA
Tel : (0312) 397 23 52 - 72 Fax : (0312) 397 57 30

Merkez/Müşteri adı:

Uşak Devlet Hast.
Uşak

Servis rapor - No.	Tarih	İstek Ref./Künye No	T	Y
060201	15.02.2018			
Cihazın Seri No	Cihaz Modeli	Cihazın Çalışma Saati	DK	YV
Teknisyen No.	Birime Ulaşma Saati	İşe Başlama Saati	İşi Bitirme Saati	Çalışma Süresi
555	12:00	10:00	13:00	1 saat
Garanti Dahili	Sözleşme Dahili	Sözleşme Yok	Arıza Kodu / Kodları	Bekleme Süresi
-	2	-	1B 27 00	-
				Yol Süresi
				3 saat

Bildirilen Arıza / Semptom	Sebebe ve Yapılan İşlemler
Sat Su	Reçine karbül ünitesi dışı ve pistonlardaki sorundan dolayı zarar gören türbinler sert su kavrıyor. Reçine depolamaya uygun olmadığı için acilen yenisi ile değiştirilmelidir.

Değişen Y.P. Kodu	Açıklama	Çıkan Y.P. Seri No.	Takılan Y.P. Seri No.	Adet

KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI			
Cihaz Adı/Seri No	/	Cihaz Adı/Seri No	/
Cihaz Adı/Seri No	/	Cihaz Adı/Seri No	/
Cihaz Adı/Seri No	/	Cihaz Adı/Seri No	/
Cihaz Adı/Seri No	/	ESD Mat örtü ve Bileklik kontrolü yapılmıştır.	☐

ÖLÇÜ ALETİ İLE ÖLÇÜLEN DEĞERLER			
RO GİRİŞ/RO ÜRÜN SUYU İLETKENLİĞİ(μs/cm)	/	RO GİRİŞ/RO SAF SU (ÜRÜN)pH	/
RO GİRİŞ SUYU SERTLİĞİ(fr)		RO GİRİŞ ÇIKIŞ SUYU SICAKLIĞI (°C)	/
ÖN ARITIM, SAF SU HATTI VE DİĞER ÖLÇÜM PARAMETRELERİ			
KUM FİLTRE ÇIKIŞ BASINCI(bar)		AKTİF KARBON GİRİŞ / ÇIKIŞ KLOR MİKTARI(ppm)	/
YUMUŞATMA ÜNİTESİ ÇIKIŞ BASINCI(bar)		UF GİRİŞ / ÇIKIŞ BASINCI(bar)	/
AKTİF KARBON ÇIKIŞ BASINCI(bar)		REÇİNE GİRİŞ SERTLİĞİ(fr)	
HİDROFOR ÇIKIŞ BASINCI(bar)		UV ÇALIŞMA SAATİ	
CİHAZ ÜZERİNDEN OKUNAN DEĞERLER			
SAF SU (ÜRÜN) SUYU İLETKENLİĞİ(μs/cm)		MEMBRAN GİRİŞ/ÇIKIŞ BASINCI(bar)	
ÜRÜN GERİ DÖNÜŞ BASINCI (bar)		ÜRETİM AKIŞ/ATIK AKIŞ(lt/h)	
POMPA ÇIKIŞ BASINCI(bar)		RO GİRİŞ BASINCI(bar)	

Cihaz Kaçak Akımı(µA)	Koruyucu Toprak Direnci(Ohm)	Şebeke Voltajı(V)
Not	Teknisyen İmzası	Kurum Yetkilisi İmzası/Kaşesi