

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/ 1077
KONU : TEKLİF

17/09/2018

Hastanemiz Biyomedikal Depo Birimi ihtiyacı 2 kalem tıbbi cihaz yedek parça alım işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı ...2.1./09/2018 günü saat 12.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

EKLER: 2 Sayfa teknik şartname

Dr.Öğr.Üyesi Erkan ARSLAN
Başhekim

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	BPAP (Respironics) Bataryası	2	ADET		TL	TL
	Defibilatör Bataryası	10	ADET		TL	
					TOPLAM	TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

BPAP CİHAZI BATARYASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bataryalar respironics bpap focus cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. 9.6 v 4.5 amp olmalıdır.
3. 8 adet 1.2v ve 4000 mah pillerden gruplanmalıdır.
4. Pillerin üretim tarihleri 2018 den önce olmamalıdır.
5. Üzerinde ısındığında korumaya geçmesini sağlayacak ısı sensörü olmalıdır.
6. Piller üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.
7. Mal kabulü biyomedikal birimi onayı ardından yapılacaktır.

Emre BÖLME
Uşak Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

DEFİBRİLATÖR BATARYASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bataryalar NİHON KOHDEN defibrilatör cihazı ile uyumlu olmalıdır. Model 5521K.
2. 12v olmalıdır.
3. Pillerin üretim tarihleri 2018 den önce olmamalıdır.
4. Üzerinde ısındığında korumaya geçmesini sağlayacak ısı sensörü olmalıdır.
5. Piller üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.
6. Mal kabulü biyomedikal birimi onayı ardından yapılacaktır.

EMRE BÖLME
Uşak Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

✓