

T.C
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI :45786011/834/ **1044**
KONU:TEKLİF

10.../09/2018

Hastanemiz Beyin Cerrahi Servisinde yatmakta olan 60976068428 TC KİMLİK NUMARALI İBRAHİM BAŞKURT İçin 3 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİC birim fiyatlarınızı ...**11**..../09/2018 günü saat:...**16:00**..a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Ekl:...**2**....Sayfa Teknik Şartname

Günay SAGIR
Idari ve Mali İşler Müdür

Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını, Ayrıca Ürünü Satmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır. Teklif edilen ürünlerin, MEDULA sisteminde tıbbi malzeme alan tanımı (SUT KODU) başında eşleştirme işlemi tamamlanmış olmalıdır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	SUT KODU	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	VERTEBROPLASTİ KİTİ	102.285	2	ADET			
2	VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ	102.290	2	ADET			
3	VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU	102.295	2	ADET			
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudantemin64@gmail.com

İbrahim Başkurt

VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik girişim seti çift paket içerisinde E.O. gazıyla steril edilmiş iki parça malzemeden oluşmalıdır.
2. Setin kemiğe giriş yapacak olan ucu 75 derecelik açıya sahip olup kemiğe giriş kolaylaştmak için sivri ve keskin olmalıdır. İki parça birbirine kitlemeli sisteme sahip olmalıdır.
3. Setin içindeki ikinci parça çıkartıldığında içinden guide wire geçebilecek ölçülere sahip olmalıdır.
4. Setin tamamı MR uyumlu vaka esnasında skopi altında gözükebilir olmalıdır.
5. Kemik girişim seti ile vertebroplasti kiti birbirine uyumlu olmalıdır.
6. Cement gönderici tabanca şeklinde olmalıdır.
7. 20cc hacimli tüpe sahip olmalıdır.
8. Tabanca ile girişim iğnesi arasındaki bağlantı kablosu olmalıdır.
9. Cementin geri tepmesini engellemek için tabanca özel kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
10. Çimento özel olarak interventional ağrının giderilmesi için vertebroplasti ve kifoplasti tekniğinde uygulanabilir özellikte olmalıdır.
11. Çimento tozu ve sıvısı aynı paket içinde steril olarak sunulmalıdır.
12. Çimento radyopak olmalıdır.
13. Çimento, radyopak özelliğini artırması açısından baryumsülfat katkısı içermelidir.
14. Çimento prematüre polimerasyonu önlemek için hidrokini içermelidir.
15. Çimento ; bitmiş terapötik bileşigin soğuk kürlenmesini desteklemek için N-dimetil para toluidin içermelidir.
16. Çimento, 13,4gr PMMA, 9,3gr baryum sülfat ve 0,5gr. Benzoilperoksit içermelidir.
17. Çimento karıştırıldıktan sonra hemen hamur kıvamına gelmelidir.
18. Çimento karıştırıldıktan sonra 18 dakika uygulama surfasine sahip olmalıdır.
19. Çimento kapalı vakumlu karıştırma sistemi ile karıştırılıp, yine aynı sistem ile kemiğe uygulanmalıdır.

M
UŞAK EĞİT. VE İŞ HAST.
Uzm.Dr. Celal YILMAZ
Dip.Tescil No: 101001 Uzman
Beşiktaş Çarşı Mah. 10. 97042
İSTANBUL
T.C. DOB. TIP FAK. 10. 1985 İLÇE
Dip. Tescil No: 101001 Uzman
Dr. İsmail YILMAZ
Dip. Tescil No: 101001 Uzman
Görevi: Uzman Uzman
T.C. DOB. TIP FAK. 10. 1985 İLÇE
Dip. Tescil No: 101001 Uzman
Dr. İsmail YILMAZ
Dip. Tescil No: 101001 Uzman
Görevi: Uzman Uzman

İbrahim Başkurt

20. UBB kaydı olmalıdır.

21. Kemik girişim seti CE belgesi bulunmalıdır. Ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.

102.285	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KİTİ, STERİL, PLASTİK
102.290	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ KEMİK GİRİŞİM SETİ, METAL-PLASTİK
102.295	VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU, PMMA

UŞAK EĞİT. VE ARŞ.HAST.
Uzm.Dr. Celal Özbaş CAKIR
Dip.Tesch.No: 100100
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzm.

UŞAK ÜNİVERSİTE TİP FAKÜLTETİ, ARŞ. HAST.
Op. Dr.Ufuk KUSCHIOĞLU
Beyin Tes.Th No: 97045
Beyin Cerrahi Uzmanı

UŞAK ÜNİVERSİTE TİP FAK. EĞİT. ARŞ. H.
Op. Dr. YAVUZ Selim AYDIN
Dip.Tesch. No: 10463
Beyin Cerrahisi Uzmanı