

T.C
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI :45788011/934/ 1008
KONU:TEKLİF

03/09/2018 - 4174

Hastanemiz Ortopedi Servisinde yatmakta olan 12480017058 T.C. KİMLİK NUMARALI MEHMET TAŞAVLI için 3 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Alımı yapılacak malzemeler set halinde olduğundan, bir bütün olarak değerlendirilecektir. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 03/09/2018 günü saat:11.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki: 2 Sayfa Teknik Şartname

Leyla BARDAK
İdari ve Mali İş. Mhd.

Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı ÜBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını veya Emekli Sandığı Barkod Numarasını Ayrıca Ürünü Salmaya Yetkili Olup Olmadığını Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Koşullarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	ÜBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	TERAL MALLEOL KİLİTLİ ANATOMİK PLAK	1	ADET	TV 1930			
2	KORTİKAL VİDA 3,5 mm	5	ADET	TV 1030			
3	KİLİTLİ KORTİKAL VİDA 3,5 mm	8	ADET	TV 1170			
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

SIRA NO	MALZEME ADI / TANIMI	SUT KODU
1	Lateral Malleol Kilitli Anatomik Plak	TV1930
2	Kortikal Vida 3.5 mm	TV1030
3	Kilitli Kortikal Vida 3.5 mm	TV1170

TERAL MALLEOL KİLİTLİ ANATOMİK PLAK TV1930

1. Üretici firmanın CE Belgesi olmalıdır.
2. Plaklar ve plaklarla kullanılacak Locking vidalar ve açılı vidalar ISO 5832/3 Ti6Al4V Eli standartlarındaki hammaddenin imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün izlenebilirlik lot nosu olmalıdır.
4. Plaklar; distal fibula yüzeyine sabitlenebilecek ve anatomisine uyabilecek dizaynında olmalıdır.
5. Plaklar ve kilitlenmiş vidalar düşük profilli olmalıdır. Plak yüzeyine sabitlenmiş kilitli vida başı en fazla 2 mm yükseklik oluşturabilmelidir.
6. Plaklar distal fibula kemiğinin anatomisine uyabilmesi için sağ ve sol olmak üzere her birinden 8-10-12 delikli seçenekleri olmalıdır.
7. Distal fibula plağının kafa kısmında kilitli 3 adet vida deliği olmalıdır. Şaft kısmında, kilitli vida delikleriyle birlikte en az bir adet kompresyon deliği olmalıdır. Kilitli vidalar için sleeve'ler olmalıdır.
8. Distal fibula plağının şaft kalınlığı $2,0 \pm 0,7$ mm, genişliği ise 10-12 mm, kafa kısmının genişliği ise 18-20 mm olmalıdır.
9. Plak ve kilitli vida uygulamasında düşük profil olmalıdır. Vida başı, kilitlenince, plak yüzeyinden en fazla 1 mm taşabilmelidir.
10. Bütün kilitli plaklarında kilitli vida uygulamaları için drill guide olmalıdır.
11. Vida setinde; 2,7 mm çapında kilitli Selftapping korteks vida bulunmalıdır. 12mm'den 36mm'e kadar 2'şer mm artan şekilde her boydan en az 2'şer adet olmalıdır. Vida setinde; 3,5 mm Selftapping kilitli ve kilitsiz korteks vidalar bulunmalıdır. 3,5 mm korteks vidalar 12 mm'den 36 mm'e kadar 2'şer mm artacak şekilde, her bir boydan en az 4'er adet olmalıdır. Vida setinde; 4 mm çapında Selftapping full yivli kilitli ve kilitsiz cancellous vidalar bulunmalıdır. Kilitli vidalar: 14mm-50mm arası her boydan en az 3'er adet, Kilitsiz vidalar: 14mm-50mm arasında olmalı ve her boydan en az 2'şer adet olmalıdır. Ayrıca, sette 4mm çapında malleolar Vidalarda, 35 mm den-70 mm e kadar olmalıdır.
12. Plakla kullanılan vidalar; kilitli ve kilitsiz self tapping 3,5 mm çapında korteks ve 4 mm çapında cancellous formunda olmalıdır. Ayrıca Ø2,7 mm kilitli korteks vidalar da parçalı kırıklarda kullanılabilmesi için plaklara adapte edilecek şekilde sette olmalıdır.
13. Kilitli ve kilitsiz vidalar: Karışmaması için farklı renklerde renklendirilmiş olmalıdır.
14. Vidaların, dökülmemesi ve karışmaması için vida setlerinin kapaklı olması gerekmektedir.
15. Sette, kilitli vidaların kontrollü sıkılabilmesi için, torklu tornavida olmalıdır.

USAK ÜNİ. TIP FAK. EST. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Yılmaz KAYA
Dip. Tes. No: 146575
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.

USAK ÜNİ. TIP FAK. EST. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Gökhan ÖZDEMİR
Dip. Tes. No: 89883
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

USAK ÜNİ. EST. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Bayram ERGİN
Dip. Tes. No: 137140-102872
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.

SIRA NO	MALZEME ADI / TANIMI	SUT KODU
1	Lateral Malleol Kilitli Anatomik Plak	TV1930
2	Kortikal Vida 3.5 mm	TV1030
3	Kilitli Kortikal Vida 3.5 mm	TV1170

TERAL MALLEOL KİLİTLİ ANATOMİK PLAK TV1930

1. Üretici firmanın CE Belgesi olmalıdır.
2. Plaklar ve plaklarla kullanılacak Locking vidalar ve açılı vidalar ISO 5832/3 Ti6Al4V Eli standartlarındaki hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün izlenebilirlik lot nosu olmalıdır.
4. Plaklar; distal fibula yüzeyine sabitlenebilecek ve anatomisine uyabilecek dizaynıda olmalıdır.
5. Plaklar ve kilitlenmiş vidalar düşük profilli olmalıdır. Plak yüzeyine sabitlenmiş kilitli vida başı en fazla 2 mm yükseklik oluşturabilmelidir.
6. Plaklar distal fibula kemiğinin anatomisine uyabilmesi için sağ ve sol olmak üzere her birinden 8-10-12 delikli seçenekleri olmalıdır.
7. Distal fibula plağının kafa kısmında kilitli 3 adet vida deliği olmalıdır. Şaft kısmında, kilitli vida delikleriyle birlikte en az bir adet kompresyon deliği olmalıdır. Kilitli vidalar için sleeve'ler olmalıdır.
8. Distal fibula plağının şaft kalınlığı $2,0 \pm 0,7$ mm, genişliği ise 10-12 mm, kafa kısmının genişliği ise 18-20 mm olmalıdır.
9. Plak ve kilitli vida uygulamasında düşük profil olmalıdır. Vida başı, kilitlenince, plak yüzeyinden en fazla 1 mm taşabilmelidir.
10. Bütün kilitli plaklarında kilitli vida uygulamaları için drill guide olmalıdır.
11. Vida setinde; 2,7 mm çapında kilitli Selftapping korteks vida bulunmalıdır. 12mm'den 36mm' e kadar 2'şer mm artan şekilde her boydan en az 2'şer adet olmalıdır. Vida setinde; 3,5 mm Selftapping kilitli ve kilitsiz korteks vidalar bulunmalıdır. 3,5 mm korteks vidalar 12 mm'den 36 mm'e kadar 2'şer mm artacak şekilde, her bir boydan en az 4'er adet olmalıdır. Vida setinde; 4 mm çapında Selftapping full yivli kilitli ve kilitsiz cancellous vidalar bulunmalıdır. Kilitli vidalar: 14mm-50mm arası her boydan en az 3'er adet, Kilitsiz vidalar: 14mm-50mm arasında olmalı ve her boydan en az 2'şer adet olmalıdır. Ayrıca, sette 4mm çapında malleolar vidalarda, 35 mm den-70 mm e kadar olmalıdır.
12. Plakla kullanılan vidalar; kilitli ve kilitsiz self tapping 3,5 mm çapında korteks ve 4 mm çapında cancellous formunda olmalıdır. Ayrıca Ø2,7 mm kilitli korteks vidalar da parçalı kırıklarda kullanılabilmesi için plaklara adapte edilecek şekilde sette olmalıdır.
13. Kilitli ve kilitsiz vidalar: Karışmaması için farklı renklerde renklendirilmiş olmalıdır.
14. Vidaların, dökülmemesi ve karışmaması için vida setlerinin kapaklı olması gerekmektedir.
15. Sette, kilitli vidaların kontrollü sıkılabilmesi için, torklu tornavida olmalıdır.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Op.Dr. YILMAZ KAYA
Dip.Tes.No: 146575
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Op.Dr. GÖKÇEN ÖZTEKİN
Dip.Tes.No: 98883
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Op.Dr. Bayram ERGİN
Dip.Tes.No: 137140-102872
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.