

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/1007
KONU : TEKLİF

03/09/2018 - 4133

Hastanemiz KVC Servisinde yatan 57526621554 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa CENGİZ için 1 kalem Tıbbi malzeme alımı işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİC birim fiyatlarınızı 04.09/2018 günü saat 15.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.


Levent BARDAK
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

EKLER: 1 Sayfa teknik şartname

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

e-mail:usakeah.dtemin@saglik.gov.tr

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	UBB	BİRİM FİYAT		TOPLAM FİYATI	
							TL		TL
	MİTRAL MEKANİK KALP KAPAĞI	1	ADET	KV 1000			TOPLAM		TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

Mekanik Kalp Kapağı Aort ve Mitral Teknik Şartnamesi

1. Kalp kapağı mekanik bileaflet yapıda düşük profilli olmalıdır.
2. Kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde 360° dönebilmelidir.
3. Kalp kapağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmış olmalıdır.
4. Yaprakların tutunduğu eksende trombüs oluşumuna ve türbülansa sebep verecek kavite olmamalıdır.
5. Kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyoopak olmalıdır, sinefluoroskopı sırasında x-ray işini altında yaprakçıkların hareketleri görülebilirmelidir.
6. Kalp kapağı'nın dikiş halkası kolay dikilebilmesi ve en fazla esnekliği sağlayabilmesi için çift katlı kadifemsi polyesterden yapılmış olmalıdır, üzeri herhangi başka bir malzeme ile kaplı olmamalıdır.
7. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş işaretleri olmalıdır.
8. Kalp kapağının kolayca döndürülmesi için, kapağın kendi kutusu içerisinde, kapak üzerinde kapak tutucu ve vu muşak yapıda bir döndürücü bulunmalıdır.
9. Kalp kapağının her ölçüsü içinde sekillendirilebilir ölçüme seti bulunmalıdır.
10. Kalp kapağı aort için 19, 21, 23, 25, 27 mm ve mitral için 25, 27, 29, 31, 33 mm ölçülerine sahip olmalıdır.
11. Kalp kapağının yaprakları en fazla 85° ye kadar açılabilir mesine izin vermelidir.
12. Kalp kapağının yaprakları tam kapalı ve tam açık pozisyon arasında en az 60° seyir açısına sahip olmalıdır.
13. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır.
14. İstekliler, ürünlerin TC ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası (TİTUBB)'dan onaylandığını belirtirken geçici hale dosyasında tescili ile birlikte sunmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TİPTAK EĞİT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Erol BAHTIYAR
Dip. Teskil No:68010
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TİPTAK EĞİT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Beray TUNCER
Dip. Tes. No: 100736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı