



T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 45786011-949-201
Konu : Teklif Hak.

29.09.2018

MUHTELİF FİRMALARA

Hastanemiz Medikal Deponun ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklif veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı 28.09/...../....2018 günü saat 16:00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim

e-imzalıdır.
Levent Bardak
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Helicobacter pylori Hızlı Test (HP fast Test)	Adet	300		
2	Lanset	Adet	10.000		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek....Teknik Şartname

Fevzi Çakmak Mah. Denizli Cad. No:4 64100 Merkez UŞAK
Bilgi için: Ayşe AYDINLI
Faks No: 2762238475
Unvan: Tıbbi Sekreter
e-Posta: udhdogrudentemin64@gmail.com İnt.Adresi:
Telefon No: 0 276 224 00 00-4362

Lanset

- 1-Ucu sivri, keskin ve ince olmalıdır,
- 2-Uçlarında pütür, çapak olmamalıdır,
- 3-Tek kullanıma uygun ambalajlı ve steril olmalıdır,
- 4-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır,
- 5-Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır,
- 6-Kullanırken eğilme-bükülme olmamalıdır.

USAK ÜNİ. TIP FAK. EBT. VE ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. İsmail D. NİMEZ
Dip. Tes. No. 119714
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

USAK ÜNİ. TIP FAK. EBT. VE ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Soykan MIZRAK
Dip. Tes. No. 119714
Biyokimya ve Klinik
Biyokimya Uzmanı

GAİTADA H.PYLORİ ANTİJENİ TARAMA TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Gaitadan H.pylori antijeni tespit edebilmelidir.
- 2)İmmunokromotografik yöntem (membran EIA) ile çalışmalıdır
- 3)Çalışma kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
- 4)Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.
- 5)Testin yapılması için gerekli olan dilüent, pipetler ve kullanma talimatı kitin içinde hazır olmalıdır.
- 6)Testin çalışılması için santrifüj, sedimentasyon, filtrasyon gerekmemelidir
- 7)Test stripleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlanmış olmalı ve her ambalaj üzerinde orijinal olarak ambalaj içeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi ayrıca belirtilmelidir.
- 8)Seyreltici reaktif, kontaminasyonu önlemek için gaita toplama tüpleri içerisinde hazır bulunmalı, ayrı bir şişeden damla sayarak numune tüplerine doldurmaya gerek duyulmamalıdır.
- 9)Test kaseti üzerinde kontrol ve test sonuçlarına ait farklı alanlar olmalıdır.
- 10)Kitin içerisinde kitin doğru çalıştığını kontrol edebilmek için ayrıca (+) pozitif kontrol bulunmalıdır.
- 11)Test sonuçları en geç 5 dk içerisinde alınabilmelidir.
- 12)Kitlerin hassasiyeti (sensitivitesi) %90'dan, özgüllüğü (spesifisitesi) %99'dan küçük olmamalıdır.
- 4)Kit en az bir yıl miyadlı olmalıdır.
- 15)Ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARAŞ. HAST.
Uzm.Dr. ~~Metin GÖRENEKLİ~~
Dip.Tes.No: 08.592
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARAŞ. HAST.
Uzm.Dr. Metin GÖRENEKLİ
Dip.Tes.No: 126225
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı