

T.C.  
UŞAK VALİLİĞİ  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI:45786011/934/ 1431

KONU:TEKLİF

21./11/2018

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi kapsamında Hastanemizin ihtiyacı olan 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ yapılacaktır. Alımının en düşük teklif veren firmadan yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyat tekliflerinizi 21/11/2018 tarihi saat 14:00 a kadar hastanemizde olacak şekilde göndermeniz hususunu;

Gereğini rica ederim.

Levent BARDAK  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

| Sıra No | Mal Kaleminin Adı                                 | Birimi | Miktarı | Teklif edilen Birim Fiyat | Toplam Tutarı |
|---------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|
| 1       | STERİL CERRAHİ UZUN KONÇLU PURASIZ ELDİVEN NO:7,5 | ÇİFT   | 150     |                           |               |
| 2       | STERİL CERRAHİ UZUN KONÇLU PURASIZ ELDİVEN NO:8   | ÇİFT   | 100     |                           |               |
| TOPLAM  |                                                   |        |         |                           |               |

## STERİL CERRAHİ UZUN KONÇLU PUDRASIZ ELDİVEN

1. Doğal kauçuk lateksten üretilmelidir.
2. Kadınoğum, kavite ve rektal müdahaleler için tasarlanmış olup iç yüzeyi pudrasız olmalıdır.
3. Konç uzunluğu en az 400mm ve üzeri olmalı ve dirseğe kadar uzun olmalıdır.
4. Eldivenler steril olmalı ve paket üzerinde belirtilmelidir.
5. Parmak uçları tam oturmalı, parmak ucu esneyip uzamamalıdır.
6. Delinmeye, yırtılmaya ve esnemeye karşı dirençli olmalıdır.
7. EN 455 1-2-3 tek kullanımlık eldiven standartlarını tam olarak karşılamalıdır.
8. Kabul edilebilir hata oranı (AQL) maksimum 1.5 olmalı ve bu özellik birim ambalaj üzerinde yer almalıdır.
9. Eldivenlerin üzerinde çatlak lekeler kullanımını kötü yönde etkileyecek yüzey kusurları bulunmamalıdır.
10. Paket içindeki eldivenler birbirinden farkı dokuda olmamalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pürüklü veya delik olmamalı parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalı
11. Eldivenlerin kağıt içerisindeki katlanmaları düzgün olmalıdır.
12. Eldivenler, poşetleri açılırken sterilitesi bozulmayacak şekilde kolay açılacak özellikte olmalıdır.
13. Ürünün miadı en az 2 yıl olmalı. Ürün üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve ürün referans numarası yazılı olmalıdır.
14. Ürünün ÜTS kaydı yapılmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

Aylin YILDIRIN  
Doğum Servisi Sorumlu Ebe  
UŞAK ÜNİ.TIP FAK EĞT. ARŞ. HAST.

UŞAK ÜNİ.TIP FAK EĞT. ARŞ. HAST.  
Op. Dr. İsmail NALIN  
Dip. Tes. No: 113436  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı

UŞAK ÜNİ.TIP FAK EĞT. ARŞ. HAST.  
Op. Dr. İsmail NALIN  
Dip. Tes. No: 113436  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı