



T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 45786011-949
Konu : Teklif Hakkında

MUHTELİF FİRMALARA

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi kapsamında hastanemizin (Göz Dr.Ameliyatlarının alına bilmesi için) ihtiyacı olan **1 kalem Kerrison Panç alımı işi** en düşük teklif veren firmadan yapılacağından, verebileceğiniz **EN DÜŞÜK KDV HARİÇ** birim fiyatlarınızı **29.11.2018** günü saat **10.00**'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr.Öğr.Üyesi Erkan ARSLAN
Başhekim

Sıra No	Mal /Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı ((Para birimi belirtilerek)
1	Kerrison Panç	Adet	1		

Bu Belge Elektronik
İmzalı Aslı ile Aynıdır.
Taner GÜN
Destek ve Kalite MÜD. Yrd.

Fevzi Çakmak Mahallesi Denizli Caddesi No:4 64100 Merkez, UŞAK
Faks No:(90) 276 2238475
e-Posta:ayse.aydinli@saglik.gov.tr İnt.Adresi: .

Bilgi için:Ayşe AYDINLI
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:(90) 276 2240000

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden a76888dd-0482-487c-b835-5e43481d3df8 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

GÖZ CERRAHİ ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAME GENEL ÖZELLİKLERİ

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak $\pm 0.2\text{mm}$ fark olmalıdır. Ancak aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmının, Tungsten Carbide ve benzeri metal yapısı ve ölçüleri teklif edilen aletlerin mikro cerrahi müdahalelerde ve ameliyatlarda kullanılacak olması açısından ve Paslanma, korozyon ve refleksiyon yapmaması bakımından Seramik kaplı aletler, istenenin aynısı olmalıdır. Alet sapları (handle) istenen ile aynı evsafa teklif edilecektir. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten veya seramik kaplı paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde CE işareti, katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılamayan tel tipli aletler hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C 'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alışı verişlerinden etkilenmemesi adına, iştirakçi firmalar, her bir setin(kısımın) tamamına aynı marka üzerinden teklif vereceklerdir. (karma markalardan oluşan teklifler kabul edilmeyecektir.)

İSTENİLEN BELGELER

"Aşağıda istenilen belgelerin ihale dosyası içinde sunulması zorunlu olup, eksik belgesi bulunan firmalar ihale dışı kalacaktır."

1. **Orijinal Katalog:** İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal kataloğunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
2. **Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı:** İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen cerrahi aletler, istenilen teknik özelliklere sahip olmalı ve istenilen ölçüler, orijinal katalog üzerinde görülecektir. Şartnameye ve teknik özelliklere uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
3. **Garanti Belgesi:** Cerrahi aletler 2 (iki) yıl süre ile parça dahil ücretsiz bakım onarım garantisinde olmalıdır. En az 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. Garanti; üretici fabrika, ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir. Üretici firmanın yurt dışında olması durumunda bulunduğu ülke noterlik ve konsolosluk apostil tasdiki kurum adına aslı yanında noter onaylı Türkçe tercümeli hali de verilmelidir.
4. **HRC Rockwell Belgesi :** Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2005 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir. Sertlik dereceleri ve metal karışım oranları aşağıdaki gibi olacaktır ve belge üzerinde gösterilecektir.
 - Kesici Aletler HRC 55
 - Tutucu Aletler HRC 55 olmalıdır.
 - Cerrahi aletlerin üretildiği çeliğin yapısında, çeliğin dayanım özelliklerini etkileyen Silisyum(Si), Fosfor(P), Kükürt(S), Karbon(C), Mangan(Ma), Molibden(Mo) ve Vanadyum(V) elementlerinin istenilen çelik türlerinin tamamı için alaşım içerisindeki miktarları %1'den fazla olmamalıdır. (Tungsten Carbide ve özellik arz eden metallerde bu koşul aranmayacaktır)
5. **Korozyon Test Raporları:** Teklif veren firmalar TS 5172 EN ISO 13402 "Cerrahi ve diş hekimliğinde kullanılan el aletleri-Otoklavlamaya, korozyona ve ısıya karşı direnç tayini" raporlarını ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.
6. Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan DIN 58298 — 2005 normlarında belirtilen HRC Rocwell standartlarına göre derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik apostil tastiklerini veya ülke Ticaret Odası ve T.C Konsolosluklarının tasdiki beyanı ile belgelenecektir. Türkiye'deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandıkları çelikle ilgili olarak da aynı şekilde ham veya yarı mamul halinde temin edilen çeliğin menşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte metal karışım oranları ve HRC sertlik derecesi beyanı isteklinin teklifine ekde yine aynı şekilde noterlik ve apostil tasdikli olarak verilecektir.

USAK İM. TIP FAK. DİP. DR. ÖZGÜR K. KAYA
Dip. Tesisatçı: 199355 - 199356
2012-2013 Yılı Uzmanı

(Handwritten signature)

7.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi: Teklif veren firmalar ithalatçı adına alınmış satış sonrası TSE hizmet yeterlilik belgesini (Cerrahi Aletler kapsamı) ve TS 5172 EN ISO 13402 "Cerrahi ve diş hekimliğinde kullanılan el aletleri- Otoklavlamaya, korozyona ve ısıya karşı direnç tayini" raporlarını ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.

8. Referans: İştirakçi firmalar açık ihale yolu ile iş deneyimlerini gösteren en az 5 adet üniversite ve 5 adet devlet ve eğitim araştırma hastanesi olacak şekilde referans listesini ihale dosyası içerisinde komisyona sunacaktır. Referans listelerini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. İdaremiz gerek gördüğü takdirde ihale sonrasında referanslara ait iş bitirme belgesini talep edebilecektir.

NUMUNELER

Teklif edilen aletler, genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için gerek görülmesi halinde ihaleden sonra numune istemi yapılabilecektir. Numunelerin belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numuneler ilgili hekimlerce incelenecek ve uygunluk verilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, uçların Elmas uçlu-TC ile kaplı olması istenen aletlerin, bu özellikte olmaması, alet kesici ağızdağıkların ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızdağıkların koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması, ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	ADET	TEKNİK ŞARTNAME
1	Kerrison Panç	01-14-389-1	1	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Kerrison model kemik kırma rongeur olmalıdır. Uç kısmı 2 mm olmalıdır. Aletin üzerinde katalog kodu olmalı ve markası yazılı olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal katalogunda olmalıdır.

USAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. ARAŞT. HAST.
Op.Dr. Özgürhan SALİS
Dip.Tes. No: 14525-1945
Tıp. Fak. Cerrahi Aletler Uzmanı