



İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:
KU.FR.001Yayın Tarihi
HAZİRAN 2014Revizyon No
01Revizyon Tarihi
Aralık 2016Sayfa No:
1/1

TALEP EDEN BÖLÜM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			Etüv Inkubator (SS)	1	Ad.					
2			Orta Kapasiteli masa üstü Santrifuj	1	Ad.					
3			Dikey laminar Hava Kabin	1	Ad.					
4			Faz Kontrast mikroskop	1	Ad.					
5			Sperm Sayıcı Makle Kamera	1	Ad.					
6										
7										
8										
9										
10										

11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

Infertil çiftlerde uygulanan aşılama tedavisi için sperm hazırlanması

...../...../20.....

Bölüm Sorumlusunun
imza ve kaşesi

Prof. Dr. A. Serdar Bortçulu
82AA0571 / 11 / 140920

*Lüften Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3, 4, 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	/...../20.....
	Stoklarımızda yok		253-03-05 253-03-06	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi İsmet KURDAN Taşınır Kayıt Yetkilisi

*Lüften talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ			/...../20.....
BÜTÇE KODU			
ALIM ŞEKLİ	İHALE	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onayladınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi
	DOĞRUDAN TEMİN		

1-ETÜV (İNKÜBATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.
2. Cihazın hücre hacmi en az 55 litre olacaktır.
3. Cihaz PID mikroişlemci kontrol sistemine sahip olacaktır
4. Cihaz ortam sıcaklığı + 5°C ile 99.9 °C arasında çalışacaktır.
5. Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1°C olacak ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal olacaktır.
6. Kullanılır hacim içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark; 37°C'de $< \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, 56°C'de $< \pm 1^{\circ}\text{C}$ şeklinde olacaktır.
7. Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Ayrıca zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunacaktır.
8. Yapılan programı 1 dakika ile 99.9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir.
9. Cihazın termostat okuma aralığı 0 - 99.9°C arasında olacaktır.
10. Cihazda çalışma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolaylıkla ayarlanabilecektir.
11. Cihazda yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menüye giriş olacaktır.
12. Cihazda programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde izlenebilecektir.
13. Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir.
14. Cihazda saatlik veri kaydı yapıldığında 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu olacaktır.
15. Cihazda sıcaklık ve zaman göstergeleri ayrı ayrı ve göstergeler rakamsal tip olacaktır.
16. Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları ve programlanabilir alarm limitleri olacaktır.
17. Zamanlayıcı, ayarlanan zamanın sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sesli ve görsel sinyal verecektir.
18. Kullanılır hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.
19. Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (± 10) mm kademeler ile ayarlanabilen, tabii hava sirkülasyonunu engellemeyen, 2/3'ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen paslanmaz çelik malzemeden yapılmış iki adet tel rafı olacaktır.
20. Isıya dayanıklı, içerisini gözetlemeye imkan veren cam kapısı ve cam kapıyı koruyan metal kapısı olacaktır.
21. Metal kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.
22. Taze hava sirkülasyonu için ayarlanabilir bir klapesi olacaktır.
23. Cihaz, kullanılır hacmin dış yüzeylerinden ısıtılmalı olacak, kullanılır hacim içerisinde ısıtıcı olmayacaktır.
24. Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı emniyet termostadı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olacaktır.
25. Emniyet termostadı 30 - 110°C arasında ayarlanabilir olacaktır.
26. Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır.
27. Cihaz 230 V. 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
28. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.
29. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.
30. Cihazın TS 5151 belgesi ve CE işareti olacaktır.

3-DİKEY LAMİNER HAVA KABİNİ

1. Cihazın dış yüzeyi elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
2. Cihazın çalışma yüzeyi komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Cihaz demonte ayaklar üzerine stabil şekilde kurulabilir olmalıdır.
4. Cihaz elektrikli alüminyum bloklu ısıtma plakalı olmalıdır.
5. Cihazın ısıtıcı plakası dijital PID kontrollü olmalıdır.
6. Cihaz LCD kontrol panelli olmalıdır.
7. Cihazın çalışma kabini yan ve ön paneller şeffaf plexiglas olmalıdır.
8. Cihazın hava akışı iki kademeli olmalıdır.
- 8.1. Tam devir de hava akış hızı en fazla 55 m/sn , ses düzeyide maksimum 50db olmalıdır.
- 8.2. Yarım devir de hava akış hızı en fazla 35 m/sn ,ses düzeyi ise maksimum 30 DB olmalıdır.
9. Cihazın ısıtma yüzeyi homojen ısı dağılımına sahip olmalıdır.
10. Cihazın monte edildiği ayaklar sökülüp takılabilir olmalıdır.
11. Cihaz Hepa filtreli olmalıdır.
12. Cihaz çalışma alanı aydınlatma lambalı olmalıdır.
13. Cihaz üzerindeki Hepa filtreyi korumak için ön VOC filtreli koruma özelliği olmalıdır.
14. Cihaz beslemesi 230 ACV 50 Hz olmalıdır.
15. Cihazın maksimum çektiği akım 8 Amper olmalıdır.
16. Cihaz üretim hatalarına karşı 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
17. Cihaz Dış ölçüleri en fazla 1960(±5)x1250(±5)x725(±5) mm olmalıdır.
18. Cihazın Çalışma alanı ise en fazla 1200(±5)x650(±5)x1300(±5) mm olmalıdır.
19. Cihazın tablasında ısıtılan alan en az 1000(±10)x300(±10) mm ölçülerinde olmalıdır.
20. Garanti bitiminden sonra Cihaz 8 yıl süreyle ücretli olarak servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

2-MASA ÜSTÜ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuvar koşullarında çalışabilecek ve masa üstü tip olacaktır.
2. Kapak örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır. Kapak kilitli tipte olacak, kapak açıkken rotor (başlık) dönmeyecek ve başlık dönerken kapak açılmayacaktır. Kapak açıkken göstergedeki "open" yazısı ile kullanıcı uyarılacaktır. Cihazın kapağı açılmadığı durumlarda mekanik olarak müdahale edilebilecektir.
3. Cihazın iç yüzeyi paslanmaz çelik, dış yüzeyi paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.
4. Cihazda kapasitesi 4x100 ml olan açılır başlık, kapasitesi 16x15 ml olan açılı başlık ve mikropilaka başlığı olmak üzere üç adet başlık kullanılacaktır ve her başlık için maksimum hız 4100 rpm olacaktır.
5. Cihazın maksimum RCF kuvveti 4x100 ml açılır başlık için 2819xg, 16x15 ml açılı başlık için 2142xg ve mikropilaka başlığı için 2011xg olacaktır.
6. Cihazda rotor seçme özelliği bulunacaktır.
7. Cihazda kullanılan açılır başlıklar alüminyum, açılı başlık polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş olacaktır.
8. Cihaz mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacak ve bütün işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olacaktır.
9. Cihazda çalışma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolaylıkla ayarlanabilecektir.
10. Cihazda hız için dijital bir gösterge bulunacak ve hız 10 rpm aralıklarla ayarlanabilecektir.
11. Cihazda zaman için ayrı bir dijital gösterge bulunacak ve santrifüj süresi 1-99 dakika arasında 1'er dakika aralıklarla ayarlanabilecektir. Ayrıca zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunacaktır.
12. Cihazda kısa süreli çalışmalar için "pulse" seçeneği bulunacaktır.
13. Rotorun hızlanma ve frenlemesi en az 10 kademeli olarak programlanabilecektir.
14. Cihazda en az 10 adet program hafızası olacaktır.
15. Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurarak kullanıcıyı uyaracaktır.
16. Cihazda -9°C ile +40°C arasında 1°C hassasiyette sıcaklık ayar aralığı olacaktır.
17. Cihazın panosu üzerinde soğutma işleminin yapıldığını gösteren led lamba olacaktır.
18. Cihazda RPM / RCF değeri girilerek çalışabilme özelliği olacaktır, çalışma sırasında istenildiği zaman ilgili tuşa basılarak RPM/RCF değerini görüntüleyebilme imkanı sunacaktır.
19. Cihaz santrifüj süresi tamamlanıp rotor durduğunda sesli bir ikaz ve göstergedeki "end" yazısı ile kullanıcıyı uyaracaktır.
20. Cihazla birlikte 1 adet açılır rotor, 1 adet 15. ml gode seti verilecektir.
21. Cihazda oluşabilecek arızalar için uyarı sistemi olacaktır.
22. Cihazda kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içermeyecektir.
23. Cihazda kullanılan motor bakım gerektirmeyen indüksiyon motor olacaktır.
24. Cihazda hız kontrolü frekans kontrolü ile sağlanacaktır.
25. Cihazın kapağında, hız ölçümü yapabilmek için gözetleme camı bulunacaktır.
26. Cihaz 230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
27. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.
28. Cihazın TS 61010-2-020 belgesi olacaktır.
29. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.
30. Cihaz CE işareti taşıyacaktır.

1-ETÜV(İNKÜBATÖR)TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİĞER HUSUSLAR:

1. Cihazlar en az 2 yıl garantili olacaktır. Cihazların garantisi çalışır halde teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
2. Garanti süresi boyunca yıllık %95 aktif çalışma süresi garantisi verilecektir. Aktif çalışma süresi hesaplaması yıllık bazda her bir cihaz için yapılacak ve cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar pasif olarak kabul edilecektir. %95 aktif çalışma süresinin altına düştüğü her bir gün için bire üç olacak şekilde garanti süresi uzatılacaktır.
3. Cihazları garanti bitiminden sonra 10 yıl yedek parça temini ve teknik servis taahhüdü verilmelidir.
4. Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yıl geçerli değişmesi muhtemel yedek parçaların fiyat listesini sunmalıdır.
5. Cihazla birlikte orijinal dilde ve Türkçe kullanma kılavuzu, İngilizce servis manuellere, elektronik devre şemaları ve lisanslı kurulum CD'si teslim edilecektir.
6. Cihazın kullanıcı eğitimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirlediği konularda teknik servis eğitimleri verilecektir.
7. Talep edilen malzeme 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmi gazete yayınlanan tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3. Maddesi "O" bendinde belirtildiği üzere teşhis ve tedavi amaçlı kullanılacaktır.
8. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın TİTUBB-ÜTS kaydı bulunmalıdır. Teklif Dosyasında belgelenmeli ve faturada UBB kodu belirtilmelidir.
9. Teklif edilen cihaza ait Marka, Model, seri no ve lot numarası faturada açıkça belirtilmelidir.

2-MASA ÜSTÜ SOĞUTMALI SANTRİFJİJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİĞER HUSUSLAR:

1. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır. Cihazların garantisi çalışır halde teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
2. Garanti süresi boyunca yıllık %95 aktif çalışma süresi garantisi verilecektir. Aktif çalışma süresi hesaplaması yıllık bazda her bir cihaz için yapılacak ve cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar pasif olarak kabul edilecektir. %95 aktif çalışma süresinin altına düştüğü her bir gün için bire üç olacak şekilde garanti süresi uzatılacaktır.
3. Cihazın garanti bitiminden sonra 10 yıl yedek parça temini ve teknik servis taahhüdü verilmelidir.
4. Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yıl geçerli değişmesi muhtemel yedek parçaların fiyat listesini sunmalıdır.
5. Cihaz ile birlikte orijinal dilde ve Türkçe kullanma kılavuzu, İngilizce servis manuellere, elektronik devre şemaları ve lisanslı kurulum CD'si teslim edilecektir.
6. Cihazın kullanıcı eğitimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirlediği konularda teknik servis eğitimleri verilecektir.
7. Talep edilen malzeme 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmi gazete yayınlanan tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3. Maddesi "O" bendinde belirtildiği üzere teşhis ve tedavi amaçlı kullanılacaktır.
8. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın TITUBB-ÜTS kaydı bulunmalıdır. Teklif Dosyasında belgelenmeli ve faturada UBB kodu belirtilmelidir.
9. Teklif edilen cihaza ait Marka, Model, seri no ve lot numarası faturada açıkça belirtilmelidir.

3-DİKEY LAMİNAR HAVA KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİĞER HUSUSLAR:

1. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır. Cihazların garantisi çalışır halde teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
2. Garanti süresi boyunca yıllık %95 aktif çalışma süresi garantisi verilecektir. Aktif çalışma süresi hesaplaması yıllık bazda her bir cihaz için yapılacak ve cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar pasif olarak kabul edilecektir. %95 aktif çalışma süresinin altına düşüldüğü her bir gün için bire üç olacak şekilde garanti süresi uzatılacaktır.
3. Cihazın garanti bitiminden sonra 10 yıl yedek parça temini ve teknik servis taahhüdü verilmelidir.
4. Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yıl geçerli değişmesi muhtemel yedek parçaların fiyat listesini sunmalıdır.
5. Cihaz ile birlikte orijinal dilde ve Türkçe kullanma kılavuzu, İngilizce servis manuellere, elektronik devre şemaları ve lisanslı kurulum CD'si teslim edilecektir.
6. Cihazın kullanıcı eğitimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirlediği konularda teknik servis eğitimleri verilecektir.
7. Talep edilen malzeme 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmi gazete yayınlanan tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3. Maddesi "O" bendinde belirtildiği üzere teşhis ve tedavi amaçlı kullanılacaktır.
8. Teklif edilen cihaza ait Marka, Model, seri no ve lot numarası faturada açıkça belirtilmelidir.

4-FAZ KONTRAST MİKROSKOBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİĞER HUSUSLAR:

1. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır. Cihazların garantisi çalışır halde teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
2. Garanti süresi boyunca yıllık %95 aktif çalışma süresi garantisi verilecektir. Aktif çalışma süresi hesaplaması yıllık bazda her bir cihaz için yapılacak ve cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar pasif olarak kabul edilecektir. %95 aktif çalışma süresinin altına düştüğü her bir gün için bire üç olacak şekilde garanti süresi uzatılacaktır.
3. Cihazın garanti bitiminden sonra 10 yıl yedek parça temini ve teknik servis taahhüdü verilmelidir.
4. Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yıl geçerli değişmesi muhtemel yedek parçaların fiyat listesini sunmalıdır.
5. Cihaz ile birlikte orijinal dilde ve Türkçe kullanma kılavuzu, İngilizce servis manuellere, elektronik devre şemaları ve lisanslı kurulum CD'si teslim edilecektir.
6. Cihazın kullanıcı eğitimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirlediği konularda teknik servis eğitimleri verilecektir.
7. Talep edilen malzeme 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmi gazete yayınlanan tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3. Maddesi "O bendinde belirtildiği üzere teşhis ve tedavi amaçlı kullanılacaktır.
8. Teklif edilen cihaza ait Marka, Model, seri no ve lot numarası faturada açıkça belirtilmelidir.

5 -SPERM SAYMA KAMERSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİĞER HUSUSLAR:

1. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır. Cihazların garantisi çalışır halde teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
2. Garanti süresi boyunca yıllık %95 aktif çalışma süresi garantisi verilecektir. Aktif çalışma süresi hesaplaması yıllık bazda her bir cihaz için yapılacak ve cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar pasif olarak kabul edilecektir. %95 aktif çalışma süresinin altına düşüldüğü her bir gün için bire üç olacak şekilde garanti süresi uzatılacaktır.
3. Cihazın garanti bitiminden sonra 10 yıl yedek parça temini ve teknik servis taahhüdü verilmelidir.
4. Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yıl geçerli değişmesi muhtemel yedek parçaların fiyat listesini sunmalıdır.
5. Cihaz ile birlikte orijinal dilde ve Türkçe kullanma kılavuzu, İngilizce servis manuellere, elektronik devre şemaları ve lisanslı kurulum CD'si teslim edilecektir.
6. Cihazın kullanıcı eğitimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirlediği konularda teknik servis eğitimleri verilecektir.
7. Talep edilen malzeme 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmi gazete yayınlanan tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3. Maddesi "O bendinde belirtildiği üzere teşhis ve tedavi amaçlı kullanılacaktır.
8. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın TİTUBB-ÜTS kaydı bulunmalıdır. Teklif Dosyasında belgelenmeli ve faturada UBB kodu belirtilmelidir.
9. Teklif edilen cihaza ait Marka, Model, seri no ve lot numarası faturada açıkça belirtilmelidir.