

T.C.  
UŞAK VALİLİĞİ  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI:45786011/934/1430

21/11/2018

KONU:TEKLİF

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında Hastanemizin ihtiyacı olan 1 KALEM YEDEK PARÇA ALIM İŞİ yapılacaktır. Alımının en düşük teklif veren firmadan yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyat tekliflerinizi 23/11/2018 tarihi saat 14:00 a kadar hastanemizde olacak şekilde göndermeniz hususunu;

Gereğini rica ederim.

Levent BARDAK  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

| Sıra No | Mal Kaleminin Adı                              | Birimi | Miktarı | Teklif edilen Birim Fiyat | Toplam Tutarı |
|---------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|
| 1       | VELA MARKA VİASYS MODEL VENTİLATÖR CİHAZI FANI | Adet   | 2       |                           |               |
| TOPLAM  |                                                |        |         |                           |               |

## FAN ASSEMBLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Fan Assembly Vela Model Ventilatör cihazında kullanımına uygun olmalıdır.
- 2- Fan Assembly 8cmX8cm ebatlarında olmalıdır.
- 3- Fan Assembly çalışma voltaj değerleri 24 V 0.26A olmalıdır.
- 4- Fan Assembly power supply'a üç girişli soket ile bağlanmalıdır.
- 5- Fan Assembly üzerinde fanın dakikada devir sayını ölçen bir kablo olmalıdır.
- 6- Malzemenin montajı satıcı firma tarafından yapılmalıdır.
- 7- Malzeme orjinal olmalıdır. Hiçbir modifikasyona gerek duymadan takılabilmelidir.
- 8- Teklif verecek firmalar cihaza bakım yapmaya ve servis vermeye yetkili olduklarını üretici firmadan alınan yetki belgesiyle belgelemelidirler.

**Emre BÖLME**  
Biyomedikal Lab. Teknikeri  
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.

**Alihan BACAĞ**  
Biyomedikal Teknikeri

**Mustafa ETİBOL**